

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蔡旭柏	
	职称: 工程师	
	工作单位: 义乌市中心医院	
项目信息	项目名称: CF-H290I 肠镜	
	供应商名称: 金华锐昕达贸易有限公司	
专业人员论证意见	该项目为义乌市妇幼保健院为现有奥林巴斯电子胃肠镜增配肠镜1根。因为现有设备为奥林巴斯品牌,受主机系统又光源的限制,其他品牌的肠镜无法兼容匹配。同时根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械注册与备案管理办法》的相关规定,肠镜必须是有医疗器械注册证才能投入使用,且奥林巴斯主机注册证中列明可连接使用内镜型号。 综上所述,建议单一来源采购电子肠镜,从金华地区的代理商金华锐昕达贸易有限公司购入。	
专业人员签字	蔡旭柏	日期 2025年6月27日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李劲松	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 义乌市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: CF-H290I 肠镜	
	供应商名称: 金华锐昕达贸易有限公司	
专业人员论证意见	妇孺医院电子结肠镜为奥林巴斯品牌, 为更加满足患者要求, 提高诊治水平, 奥林巴斯高清电子内镜设备必须配套使用同型号同品牌的光学系统, 其它品牌不能兼容匹配。金华锐昕达贸易有限公司为奥林巴斯品牌高清电子内镜在金华地区唯一合法授权代理商。故妇孺医院通过单一来源采购方式采购奥林巴斯品牌电子结肠镜。	
专业人员签字	李劲松	日期 2025 6 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 义乌市口腔医院	
项目信息	项目名称: CF-H290I 肠镜	
	供应商名称: 金华锐昕达贸易有限公司	
专业人员论证意见	义乌市口腔医院现有高清电子内镜为奥林巴斯品牌, 新购肠镜需与旧镜在用奥林巴斯摄像主机接口兼容匹配, 未经注册的配套内镜型号不能使用。金华锐昕达贸易有限公司为奥林巴斯品牌高清电子内镜在本地的唯一获国家授权代理商, 建议以单一来源方式向其采购。	
专业人员签字	王峰	日期 2025年6月27日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。