

单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2025 年 6 月 5 日

基本 情 况	申请单位(采购单位)	浙江大学医学院附属第四医院			
	联系人	汤国平	联系电话	0579-89935114	
	拟采购项目名称	客观听觉测试平台-vemp 模块			
	拟采购项目预算	12 万元			
	采购产品所属项目名称	浙江大学医学院附属第四医院客观听觉测试平台-vemp 模块			
申请 单 位 意 见	<p>申请理由:</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购;</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。</p>				
	<p>申请理由:</p> <p>我院耳鼻咽喉科国际听力客观听觉测试平台是一个平台系统, 原采购的最基本功能模块包含 ABR 模块和 ASSR 模块, 已有模块中, ABR 模块和 ASSR 模块主要客观检测整个听神经通路, 无法精准检测内耳的球囊和椭圆囊。此次申请采购的 vemp 模块, 需要与已采购的 ABR 和 ASSR 模块叠加使用, 采购原厂家的 vemp 模块, 在客观听力测试平台上另加装软件和系统即可使用, 无需另采购设备, 更利于科室开展工作。</p>				
	<p>综合考虑, 利用平台设计的兼容性, 使几种模块结合在一起, 得到更好的诊断效果, 保证结果的准确性, 严谨性, 需要购买原厂增配模块, 杭州康创贸易有限公司为丹麦国际听力在我院的授权经销商, 故申请单一来源采购。</p>				
<p style="text-align: right;">单位负责人(盖章) </p> <p>拟定供应商信息</p>					
拟定供应商名称		杭州康创贸易有限公司			
拟定供应商地址		浙江省杭州市上城区风起广场 B 座 601 室			
专家 论 证 意 见	专家论证意见 <p>vemp 模块与已采购的 ABR 和 ASSR 模块叠加使用, 利用平台设计的兼容性, 使几种模块结合在一起, 建议购买原厂增配模块, 保证结果的准确性、严谨性。</p>				
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机
	飞虎	浙江大学	护理	中级	13588497905
	徐海	杭州市第七人民医院	医学检验	副主任	13868026555
唐红娟	浙江省肿瘤医院	医学检验	主任	13516879911	