


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	
	职称：	
	工作单位：	
项目信息	项目名称：GIF-H290Z 放大胃镜	
	供应商名称：金华锐昕达贸易有限公司	
专业人员论证意见	该项目为义乌市妇幼保健院为原有奥林巴斯电子胃镜更换增配放大胃镜。新增放大胃镜需与奥林巴斯主机系统及其附件兼容匹配，且奥林巴斯主机注册表中列明可配套使用内镜型号，其他品牌放大胃镜无法与之兼容匹配。 建议单一新增放大胃镜，从奥林巴斯唯一获得奥林巴斯合法授权的代理商金华锐昕达贸易有限公司购入。	
专业人员签字		日期 <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>27</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李如松	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 义乌市江东南道社区卫生服务中心.	
项目信息	项目名称: GIF-H290Z 放大胃镜	
	供应商名称: 金华锐昕达贸易有限公司	
专业人员论证意见	义乌市妇幼保健院为更好满足临床需求,提升诊疗水平.因科室业务扩增需求,拟增加采购放大胃镜1根。原有设备为奥林巴斯品牌之清电子内镜,奥林巴斯品牌之清电子内镜之机芯,以兼容匹配同品牌同型号之放大胃镜,金华锐昕达贸易有限公司为金华地区唯一获得奥林巴斯品牌之清电子内镜授权的合法代理商,建议通过单一来源采购方式向其采购同品牌放大胃镜。	
专业人员签字	李如松	日期: 2025 6 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王坤	
	职称：32	
	工作单位：义乌市口腔医院	
项目信息	项目名称：GIF-H290Z 放大胃镜	
	供应商名称：金华锐昕达贸易有限公司	
专业人员论证意见	义乌市口腔医院现有高清电子内镜为奥林巴斯品牌，新购放大胃镜要与目前在用奥林巴斯摄像主机系统兼容匹配，未注册的配套内镜型号不能使用。金华锐昕达贸易有限公司为奥林巴斯品牌高清电子内镜在本地唯一获得合法授权代理商，建议以单一来源方式向其采购	
专业人员签字	王坤	日期 2025 年 6 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。