

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：衢州市剑创医疗科技有限公司
地址：衢州市江山市文教西路15号 邮编：324100
联系人：余斌剑 联系电话：19975288316
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：青田县船寮镇中心卫生院采购32排CT项目
质疑项目的编号：QTFSCG2025-091
采购人名称：青田县船寮镇中心卫生院
采购文件获取日期：2025年06月20日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：该项目招标文件的技术参数设置存在明显倾向性，涉嫌为联影 uCT528 量身定制，对其他品牌构成歧视，违反政府采购公平竞争原则，具体质疑事项如下：

事实依据：★2.2 扫描架孔径≤70厘米；▲2.3扫描架物理倾角（非数字倾斜）≥±30°；▲2.8探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm；★2.9 探测器Z轴覆盖宽度≥22mm；▲2.10每排探测器单元数（X-Y轴）≥860个；▲2.13焦点到扫描野中心距离≥570mm；▲2.14 焦点到探测器距离≥960mm；★4.5 最大管电流≥350mA；★4.7 球管小焦点尺寸（IEC60336）≤0.7mm²；上述探测器、扫描架等参数中的“▲”与“★”条款设置，将上述非核心技术指标列为关键扣分点，而安科、东软、明峰、宽腾、赛诺威盛、波影、开影、康达、万东、新华、贝斯达众多品牌的产品因细微差异可能被大幅扣分，导致评审结果失衡。招标文件未对参数设置的“必要性”和“合理性”提供技术论证，仅凭联影产品参数设定标准，联影uCT528存在精准匹配嫌疑。

法律依据：1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：供应商参加政府采购活动应当具备公平竞争的条件，任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。2.《中华人民共和国政府采购法》第二十五条：供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条：招标文件不得含有倾向性或者排斥潜在供应商的内容，不得妨碍或者限制供应商之间的竞争。4.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：政府采购活动应当公平对待各类供应商，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：恳请采购人及采购代理机构立即修改招标文件中具有倾向性的技术参数，删除与32排CT核心功能无关的排他性条款，确保参数设置符合行业普遍标准。重新核定“★”与“▲”条款的必要性，对技术指标的偏离扣分规则进行公平调整，避免因非核心参数差异排斥合格供应商。

法定代表人（负责人或授权代表）签字(签章)：

公章：

质疑提交日期：2025年06月20日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。