

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：安徽天琨医疗器械有限公司
地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号 5 楼
邮编：241003
联系人：史晓峰 联系电话：17132871777
授权代表：史晓峰
联系电话：17132871777
地址：宁波市海曙区通达路 599 号泗洲家园 邮编：315012

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购 X 射线计算机体层摄影设备项目
质疑项目的编号：NBITC-202510276G
采购人名称：象山县第一人民医院医疗健康集团
采购文件获取日期：2025.5.24

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：针对贵院的采购项目：象山县第一人民医院医疗健康集团采购 X 射线计算机体层摄影设备项目；采购编号：NBITC-202510276G；我公司发现在本次项目的采购活动中的招标参数要求完全是按照联影品牌的 40 排 uCT528 型 CT 独家参数要求的，仅联影一家可以不扣分，其余所有品牌在符合本次预算 900 万（180 万/台）的采购前提下，可投标的产品型号皆因负偏离项太多、扣分太多，而无法有效参与本次投标，这一行为存在非常严重的不合理性和不合法性，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，该行为严重有失公平、公正原则，违反了法律规定。

事实依据一：安徽省长丰县医院中标的联影 uCT528 签署合同中的参数响应表附件

采购合同

采购人(甲方): 长丰县人民医院

供货人(乙方): 合肥亚祺商贸有限公司

签订地点: 长丰县水湖镇

项目名称: 长丰县人民医院方舱CT采购

项目编号: 2021ACCHN00312

本项目采用竞争性磋商采购方式,经本项目评审委员会认真评审,决定将采购合同授予乙方,为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定及长丰县公共资源交易有限责任公司的招标文件、中标通知书等相关资料的要求,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 合同内容及服务标准

具体见采购需求及投标文件

第二条 合同总价款、供货安装期限及免费质保期

- 1、合同总价: (人民币) 大写 人民币壹佰玖拾肆万贰仟元整 (¥1962000.00)。
- 2、本合同价为固定不变价。
- 3、供货安装期限: 合同签订后 20 个工作日内完成。
- 4、免费质保期: 验收合格之日起整机质保四年 (球管质保四年限 10 万秒次)

第三条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式: 验收合格后付至合同总价的 95%, 余款质保期满后一次性无息支付。乙方应当于甲方每次付款前提供合法有效的等额税务发票,否则甲方有权拒绝付款。

第四条 甲乙双方责任

(一) 甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助,按时验收,按时支付合同款项等。

(二) 乙方责任

按招标文件及投标文件要求完成供货、安装、免费质保、售后服务等。

第五条 违约责任及索赔



扫描全能王 创建

本合同一式 陆份, 甲方执叁份, 乙方执壹份交长丰县公共资源交易监督管理部门审核备案后, 采购中心留壹份, 长丰县发展改革委员会留壹份, 自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计 16 页纸张, 缺页之合同为无效合同。

采购人(甲方): (公章)

甲方(买方): 长丰县人民医院

单位盖章:

代表签字:

日期: 2021. 9. 2

供货人(乙方): (公章)

乙方(卖方): 合肥亚祺商贸有限公司

单位盖章:

代表签字: 陶浩研

日期: 2021. 9. 2

长丰县公共资源交易监督管理部门: (合同备案专用章) 年 月 日



扫描全能王 创建

供货清单表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	方舱 CT	上海联影、uCT 528	上海、上海联影医疗科技股份有限公司	套	1	1962000.00	1962000.00	赠送联影天眼AI系统一套，价值30万元。 功能介绍： (1)完全适合疫情防控需求，医患隔离免受交叉感染。 (2)一键智能摆位，精准移床；智能定位，精准识别。
合计(元)							1962000.00	



扫描全能王 创建

投标响应表

商务响应表

序号	商务条款	磋商文件要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式	供货安装并调试完成,验收合格后支付合同总价的95%,余款质保期满后一次性无息返还	供货安装并调试完成,验收合格后支付合同总价的95%,余款质保期满后一次性无息返还	响应
2	供货及安装地点	长丰县人民医院	长丰县人民医院	响应
3	供货及安装期限	合同签订后 20 个工作日内完成	合同签订后 20 个工作日内完成	响应
4	免费质保期	验收合格之日起二年	验收合格之日起整机质保四年(球管质保四年限 10 万秒次)	正偏离
5	其它要求	1、供货时,成交供应商须提供所投产品的医疗器械注册证供采购人审核,否则采购人有权终止合同并上报监管部门处理。 2、方舱 CT 安装的所有附属工程和方舱辐射防护须符合防护质量检测部门及环保部门的要求,消毒效果需达到感控要求。合同签订前,成交供应商须提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件,如不满足磋商文件要求,采购人有权终止合同并上报监管部门处理。 3、质保到期后,成交供应商须免费放开 CT 维修密码和更换球管密码。	1、供货时,成交供应商须提供所投产品的医疗器械注册证供采购人审核,否则采购人有权终止合同并上报监管部门处理。 2、方舱 CT 安装的所有附属工程和方舱辐射防护须符合防护质量检测部门及环保部门的要求,消毒效果需达到感控要求。合同签订前,成交供应商须提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件,如不满足磋商文件要求,采购人有权终止合同并上报监管部门处理。 3、质保到期后,成交供应商须免费放开 CT 维修密码和更换球管密码。	响应

6



扫描全能王 创建

技术响应表

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1		(1) 铅屏蔽扫描间	(1) 铅屏蔽扫描间	响应
2		1.1 机房四周防护标准 $\geq 4\text{mm/pb}$	1.1 机房四周防护标准:4mm/pb	响应
3		1.2 铅玻璃观察窗面积 ≥ 0.96 平方米	1.2 铅玻璃观察窗面积:0.96平方米	响应
4		1.3 铅玻璃观察窗防护标准 $\geq 4\text{mm/pb}$	1.3 铅玻璃观察窗防护标准:4mm/pb	响应
5		1.4 扫描间面积 ≥ 18 平方米	1.4 扫描间面积:18平方米	响应
6		1.5 机房铅防护门具备电动遥控	1.5 机房铅防护门具备电动遥控	响应
7	方舱部分	1.6 紫外线消毒灯, 扫描间 ≥ 3 盏、操作间 ≥ 2 盏	1.6 紫外线消毒灯, 扫描间:3盏、操作间:2盏	响应
8		1.7 等离子空气消毒机, 扫描间、操作间各 ≥ 1 套	1.7 等离子空气消毒机, 扫描间、操作间各:1套	响应
9		1.8 除湿机	1.8 除湿机	响应
10		1.9 电控箱	1.9 电控箱	响应
11		1.10 医用铅防护服加防护围脖5套, 患者铅防护服5套	1.10 医用铅防护服加防护围脖5套, 患者铅防护服5套	响应
12		1.11 抢救推车1辆	1.11 抢救推车1辆	响应
13		1.12 防护衣架1个	1.12 防护衣架1个	响应
14		(2) 操作间	(2) 操作间	响应
15	方舱部分	2.1 独立操作间 ≥ 9 平方米	2.1 独立操作间:9平方米	响应
16		2.2 医护电动隔离门	2.2 医护电动隔离门	响应



扫描全能王 创建

17		2.3 医生、患者防护门操作方式: 电动遥控防护门	2.3 医生、患者防护门操作方式: 电动遥控防护门	响应
18		2.4 操作室紫外消毒灯 ≥ 2 盏具备	2.4 具备操作室紫外消毒灯: 2盏	响应
19		2.5 空调系统 ≥ 2 套, 扫描间、操作间各一套	2.5 空调系统: 2套, 扫描间、操作间各一套	响应
20		2.6 操作台和座椅: 提供	2.6 操作台和座椅: 提供	响应
21		2.7 五孔插座 ≥ 8 个	2.7 五孔插座: 8个	响应
22		2.8 LED照明灯: 提供	2.8 LED照明灯: 提供	响应
23		2.9 三联LET观片灯二台	2.9 三联LET观片灯二台	响应
24		2.10 提供方舱铅屏蔽机房, 支持在医院场地进行安装	2.10 提供方舱铅屏蔽机房, 支持在医院场地进行安装	响应
25		2.11 一体化方舱: 要求方舱与CT一体化设计, 非现场搭建	2.11 一体化方舱: 方舱与CT一体化设计, 非现场搭建	响应
26		2.12 医患独立通道	2.12 医患独立通道	响应
27		(1) 机架系统	(1) 机架系统	响应
28	▲CT部分	1.1 滑环类型低压滑环	1.1 滑环类型: 低压滑环	响应
29		1.2 扫描架孔径 ≥ 70 cm	1.2 扫描架孔径: 70cm	响应
30		★1.3 为扫描架倾斜角度: $\geq \pm 30^\circ$	1.3 为扫描架倾斜角度: $\pm 30^\circ$	响应 详见其他 证明文件 第27页的 产品技术 白皮书
31	▲CT部分	1.4 机架冷却方式风冷	1.4 机架冷却方式: 风冷	响应
32		1.5 机架系统可遥控	1.5 具备并提供机架系统可遥控功能	响应
33		1.6 三维激光定位系统	1.6 具备并提供三维激光定位系统	响应

★2.1.1

▲2.1.2



扫描全能王 创建

34		1.7 具备机架旁摆位功能, 技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作	1.7 具备并提供机架旁摆位功能, 技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作	响应	
35		1.8 具备远程遥控摆位功能, 技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作	1.8 具备并提供远程遥控摆位功能, 技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作	响应	2.1.3
36		1.9 具备快捷键摆位功能, 技师可按住快捷键, 一键将检查床调整到预设高度与床面位置	1.9 具备并提供快捷键摆位功能, 技师可按住快捷键, 一键将检查床调整到预设高度与床面位置	响应	
37		1.10 隔室操作功能, 操作间具备操控面板, 能够遥控扫描床升降进出, 并可以显示扫描床位置数值信息	1.10 具备并提供隔室操作功能, 操作间具备操控面板, 能够遥控扫描床升降进出, 并可以显示扫描床位置数值信息	响应	
38		1.11 机架内置液晶显示系统	1.11 具备并提供机架内置液晶显示系统	响应	
39		1.12 焦点到等中心距离 $\leq 570\text{mm}$	1.12 焦点到等中心距离: 570mm	响应	▲2.3.6
40		1.13 焦点到探测器距离 $\geq 950\text{mm}$	1.13 焦点到探测器距离: 962.9mm	正偏离	▲2.3.7
41		(2) 探测器及数据采样系统	(2) 探测器及数据采样系统	响应	
42	▲CT 部分	★2.1 探测器 Z 轴物理排数 ≥ 16 排	2.1 探测器 Z 轴物理排数: 40 排	正偏离 详见其他证明文件第 27 页的产品技术白皮书	2.3.1
43		2.2 探测器 Z 轴覆盖宽度 $\geq 20\text{mm}$	2.2 探测器 Z 轴覆盖宽度: 22mm	正偏离	★2.3.3
44		2.3 每排探测器单元数 (X-Y 轴) ≥ 700 个	2.3 每排探测器单元数 (X-Y 轴): 864 个	正偏离	▲2.3.4



扫描全能王 创建

45		2.4 探测器物理单元总数 ≥11000 个	2.4 探测器物理单元总数: 34560 个	正偏离	2.3.5
46		2.5 探测器采样率 ≥4700views/圈	2.5 探测器采样率: 4800views/圈	正偏离	
47		(3) 扫描参数	(3) 扫描参数	响应	
48		3.1 机架最快旋转扫描时间 /360° ≤0.75s	3.1 机架最快旋转扫描时间 /360° : 0.75s	响应	2.1.4
49		3.2 单圈最大扫描层数≥32层	3.2 单圈最大扫描层数: 40 层	正偏离	
50		3.3 最薄扫描层厚≤1.25mm	3.3 最薄扫描层厚: 0.55mm	正偏离	2.3.2
51		3.4 最薄图像重建层厚 ≤0.625mm	3.4 最薄图像重建层厚: 0.55mm	正偏离	
52		3.5 扫描视野≥44cm	3.5 扫描视野: 50cm	正偏离	2.2.1
53	▲CT 部分	3.6 图像显示矩阵 ≥1024×1024	3.6 图像显示矩阵: 1024×1024	响应	2.2.2
54		3.7 单次螺旋连续最长扫描时 间≥100s	3.7 单次螺旋连续最长扫描 时间: 100s	响应	2.2.3
55		3.9 定位像长度≥150cm	3.9 定位像长度: 160cm	正偏离	
56		3.10 最小螺距≤0.25	3.10 最小螺距: 0.1	正偏离	
57		3.11 最大螺距≥1.75	3.11 最大螺距: 2.0	正偏离	
58		3.12 螺距自由选择	3.12 具备并提供螺距自由 选择技术	响应	
59	▲CT 部分	3.13 扫描模式轴扫、螺旋	3.13 扫描模式: 轴扫、螺旋	响应	
60		3.14 提供 10mA 肺部扫描技术	3.14 具备并提供 10mA 肺部 扫描技术	响应	



61		(4) 球管及高压系统	(4) 球管及高压系统	响应
62		★4.1 球管阳极实际热容量 (不含等效概念) $\geq 3.5\text{MHU}$	4.1 球管阳极实际热容量 (不含等效概念): 3.5MHU	响应 详见其他 证明文件 第27页的 产品技术 白皮书
63		★4.2 球管阳极实际冷却率 $\geq 700\text{KHU}/\text{min}$	4.2 球管阳极等效实际冷却 率: $800\text{KHU}/\text{min}$	正偏离 详见其他 证明文件 第27页的 产品技术 白皮书
64		4.3 球管具备飞焦点技术或共 轭技术	4.3 球管具备双焦点技术, 单圈扫描达40层图像,优于 本项目需求32层	响应
65		4.4 冷却方法风冷或油冷	4.4 冷却方法: 风冷	响应
66		4.5 最大球管电压 $\geq 140\text{KV}$	4.5 最大球管电压: 140KV	响应
67		★4.6 最小球管电压 $\leq 70\text{KV}$	4.6 最小球管电压: 70KV	响应 详见其他 证明文件 第27页的 产品技术 白皮书
68		4.7 最大输出管电流 $\geq 320\text{mA}$	4.7 最大输出管电流: 350mA	正偏离
69		4.8 最小可调管电流 $\leq 10\text{mA}$	4.8 最小可调管电流: 10mA	响应
70	▲CT 部分	4.9 高压发生器实际功率(不 含等效概念) $\geq 32\text{KW}$	4.9 高压发生器实际功率 (不含等效概念): 42KW	正偏离
71		4.10 球管电压选择范围 ≥ 5 档	4.10 球管电压选择范围: 5 档	响应
72		(5) 扫描床	(5) 扫描床	响应

2.4.1

★2.4.2

2.4.5



扫描全能王 创建

73		5.1 床水平移动范围 $\geq 1600\text{mm}$	5.1 床水平移动范围： 1930mm	正偏离	
74		5.2 可扫描范围 $\geq 1500\text{mm}$	5.2 可扫描范围：1600mm	正偏离	2.5.1
75		5.3 床升降最高高度 $\geq 930\text{mm}$	5.3 床升降最高高度：950mm	响应	
76		5.4 床升降最低高度 $\leq 480\text{mm}$	5.4 含 T 型槽床升降最低高度：480mm	响应	
77		5.5 最大水平移动速度 $\geq 150\text{mm/s}$	5.5 最大水平移动速度： 200mm/s	响应	2.5.2
78		5.6 最小水平移动速度 $\leq 1\text{mm/s}$	5.6 最小水平移动速度： 1mm/s	响应	
79		5.7 扫描床最大载重量 $\geq 200\text{Kg}$	5.7 扫描床最大载重量： 205Kg	正偏离	2.5.3
80		5.8 扫描床控制脚踏开关	5.8 具备并提供扫描床控制脚踏开关	响应	
81		5.9 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行 CT 检查	5.9 具备并提供一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行 CT 检查	响应	
82		5.10 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品	5.10 具备并提供一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品	响应	
83		(6) 图像质量	(6) 图像质量	响应	
84	▲CT 部分	6.1 空间分辨率 (X-Y 轴) $\text{00\%MTF} \geq 15.5\text{LP/CM}$	6.1 空间分辨率 (X-Y 轴) $\text{00\%MTF}$ ：19 LP/CM	正偏离	2.2.4
85		6.2 Z 轴空间分辨率 $\text{00\%MTF} \geq 18\text{LP/CM}$	6.2 Z 轴空间分辨率 $\text{00\%MTF}$ ： 18LP/CM	响应	
86		6.3 密度分辨率 $\leq 2.5\text{mm} \text{0.3\%}$	6.3 密度分辨率：2mm $\text{0.3\%}$	正偏离	
87		6.4 提供最新最低剂量迭代降噪	6.4 提供联影最新最低剂量迭代降噪技术-KARL 3D 迭代技术	响应	
88		(7) 主控制台计算机系统	(7) 主控制台计算机系统	响应	



89		7.1 内存≥32GB	7.1 内存: 32 GB	响应
90		7.2 硬盘≥2.0TB	7.2 硬盘: 3 TB+480 GB	正偏离
91		7.3 主频≥3.2GHz	7.3 主频: 2.2 GHz x 2	正偏离
92		7.4 CPU 内核数目≥6 核	7.4 CPU 内核数目: 10 核	正偏离
93		7.5 高分辨率液晶平面显示器 1 台, ≥24 英寸, 分辨率 ≥1920×1200	7.5 高分辨率液晶平面显示器 1 台, 24 英寸, 分辨率: 1920×1200	响应
94		7.6 显示器逐行扫描	7.6 具备并提供显示器逐行扫描技术	响应
95	▲CT 部分	7.7 网络接口 DICOM 3.0	7.7 具备并提供网络接口 DICOM 3.0	响应
96		7.8 永久贮存刻录方式 DVD	7.8 永久贮存刻录方式: DVD	响应
97		7.9 激光相机 DICOM3.0 接口	7.9 具备并提供激光相机 DICOM3.0 接口	响应
98		7.10 提供 Dicom3.0, 所有传出及传入接口功能	7.10 具备并提供 Dicom3.0, 所有传出及传入接口功能	响应
99		7.11 自动照相技术	7.11 具备并提供自动照相技术	响应
100		7.12 自动语音系统及双向语音传输	7.12 具备并提供自动语音系统及双向语音传输	响应
101		7.13 同步并行图像处理功能	7.13 具备并提供同步并行图像处理功能	响应
102	▲CT 部分	7.14 主控制台可以独立完成 MPR, SSD, MIP, CTA, MinIP, VR 等三维后处理功能	7.14 具备并提供主控制台可以独立完成 MPR, SSD, MIP, CTA, MinIP, VR 等三维后处理功能	响应
103		(8) 临床应用软件	(8) 临床应用软件	响应

2.6.1

2.6.2



104		8.1 线束硬化伪影校正软件	8.1 具备并提供线束硬化伪影校正软件	响应
105		8.2 后颅窝图像优化技术	8.2 具备并提供后颅窝图像优化技术	响应
106		8.3 各种伪影消除软件	8.3 具备并提供各种伪影消除软件	响应
107		8.4 图像减影功能	8.4 具备并提供图像减影功能	响应
108		8.5 CT 电影功能	8.5 具备并提供 CT 电影功能	响应
109		8.6 管电流自动调节功能	8.6 具备并提供管电流自动调节功能	响应
110		8.7 MPR/CPR/SSD/MIP/VR	8.7 具备并提供 MPR/CPR/SSD/MIP/VR 软件	响应
111		8.8 模拟手术刀功能	8.8 具备并提供模拟手术刀功能	响应
112		8.9 三维 (3D、SSD) 软件	8.9 具备并提供三维 (3D、SSD) 软件	响应
113		8.10 最大及最小密度投影 (MIP, MinIP)	8.10 具备并提供最大及最小密度投影 (MIP, MinIP) 软件	响应
114		8.11 三维容积测量评估功能	8.11 具备并提供三维容积测量评估功能	响应
115		8.12 CT 血管造影	8.12 具备并提供 CT 血管造影功能	响应
116		8.13 血管测量功能	8.13 具备并提供血管测量功能	响应
117		8.14 一键式容积重建	8.14 具备并提供一键式容积重建功能	响应
118	▲CT 部分	8.15 三维 CT 内镜 (VE) 或者仿真内镜	8.15 具备并提供仿真内镜	响应
119		8.16 一键式去骨功能	8.16 具备并提供一键式去骨功能	响应

2.6.3



扫描全能王 创建

法律依据：根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、

服务等要求指向特定供应商、特定产品；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 2：制定联影的独家参数就是为了让联影 uct528 的高价中标，而这与联影在市场上的价格严重不符，当然为了保护利益最终的中标公示与合同会不公布具体型号，这样的采购势必会造成财政资金的浪费和流失，也给了指定品牌利益输送的资本。

事实依据一：2025 年 5 月 9 号公布的《湖南省卫生健康委员会湖南省县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院）设备更新项目》中标公告显示联影 uCT528 中标价格为 105 万。

2025 年 5 月 23 号公布的《河南省县域医共体设备更新项目（一期）项目-32 排 X 线电子计算机多层扫描装置（CT）》中标公告显示联影 uCT528 中标价格为 105 万。

湖南省县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院）设备更新项目中标公告：

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810-1996



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政府采购

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购 > 地方公告 > 中标公告

湖南省卫生健康委员会湖南省县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院）设备更新公开招标中标公告

2025年05月23日 18:21 来源: 中国政府采购网【打印】[【显示公告概要】](#)

湖南省县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院）设备更新中标（成交）公告

公告日期: 2025年5月9日

湖南省卫生健康委员会的湖南省县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院）设备更新项目公开招标采购项目于2025年05月06日结束，现将中标（成交）结果公告如下：

一、采购项目名称、编号

采购项目名称: 湖南省县域医共体（县域医疗次中心、中心乡镇卫生院）设备更新项目

政府采购计划编号: 湘财采计[2025]000754号

代理机构名称: 湖南中弘项目管理有限公司

采购项目编号: 2926-20250411-1377

2	中标供应商	湖南德荣医疗健康产业有限公司		成交金额	46,200,000.00
	联系方式	联系人: 胡治远 电话: 15211166565 地址: 湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段91号德荣医疗物流园1栋13楼B、C区, 14楼B、E区		企业类型	大型企业
	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价
	32排CT	联影	uCT 528	44	1,050,000.00

河南省县域医共体设备更新项目（一期）项目-32排X线电子计算机多层扫描装置（CT）中标公告：



河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府采购购买服务信息平台

[首页](#)
[工作动态](#)
[通知公告](#)
[采购信息](#)
[招标采购](#)
[中标信息](#)
[监督管理](#)
[政策法规](#)
[政府采购](#)
[操作指南](#)
[文件下载](#)
[公众参与](#)

公开 公平
公正 诚信

河南省卫生健康委员会河南省县域医共体设备更新项目（一期）项目-32排X线电子计算机断层扫描装置（CT）中标公告

发布机构: 河南招标采购服务有限公司 发布日期: 2025-05-23 20:27 访问次数: 2448

[中小企业融资申请](#)

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号: 豫财招标采购-2025-266
- 2、采购项目名称: 河南省卫生健康委员会河南省县域医共体设备更新项目（一期）项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、招标公告发布日期: 2025年04月16日
- 5、评审日期: 2025年05月21日

本项目相关公告

- 结果公告 2025-05-23
- 结果公告 2025-05-23
- 结果公告 2025-05-23
- 结果公告 2025-05-21
- 结果公告 2025-05-21
- 结果公告 2025-05-21
- 结果公告 2025-05-21
- 结果公告 2025-05-21

豫政采 (2)20250352-6	32排X线电子计算机断层扫描装置 (CT) -3	上海联影医疗科技股份有限公司	上海市嘉定区城北路2258号	12,600,000.00	元	评审总得分:95.03分
	序号	名称	品牌 (如有)	规格型号	数量	
	1	32排X线电子计算机断层扫描装置 (CT) -3	联影	uCT 528	12	1050000元

四、与质疑事项相关的质疑请求

综上，该项目制定的参数仅有联影 uCT528 该型号产品能够符合，市场成交价严重低于本项目的整体预算，按照此参数要求进行的招标，将严重损害医院切身利益。同时市面上其它厂家、品牌的产品均不满足整体要求，国内目前也有诸多优秀的高性价比的 32 排及以上的 CT 产品，能够更好地满足医院发展需求。这也严重违背了公开招标公平、公正的原则！

请求：医疗设备公开招标应以公平、公正、公开为基准，恳请贵单位能够重新组织参数论证，重新组织招标，公平公正地给广大优秀品牌和企业一个公平参与的机会，为贵单位提供更高性能的优秀 CT 产品。

签字(签章):



公章:



日期: