

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：浙江嘉信医药股份有限公司
地址：嘉兴市秀洲区塘汇周安路1059号 邮编：314000
联系人：_____ 联系电话：_____
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：绍兴第二医院兰亭院区医疗设备采购（第三十批）
质疑项目的编号：绍柯采[2025]228号
采购人名称：绍兴第二医院医共体总院（绍兴第二医院）
采购文件获取日期：2025年05月16日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：技术要求 1.产地：允许进口，用于通过激光扫描技术，对眼底及周边视网膜进行彩色眼底照相，并进行检测，诊断及疾病分析。请投标商注明投标产品品牌、规格型号。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS 500，使用说明书：“使用单色相机时，一条宽光线将会扫描视网膜。红色、绿色和蓝色发光二极管（LED）会依次照亮，生成真彩色图像。”、彩页：“光源：红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝 435-500nm、红外激光二极管，785nm。”，由此可见其成像技术是通过宽光带（宽线）扫描技术即 LED 光源扫描技术对眼底进行彩色成像而非激光扫描成像；经查，无任何其它官方公开材料可以证明：该产品满足“通过激光扫描技术，对眼底及周边视网膜进行彩色眼底照相”的技术要求。说明 1：若为激光成像，成像光源为单一波长，且具体波长为单一确切数值，如红激光 635nm、绿激光 532nm、红外激光二极管 785nm；若波长为范围值，如红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝 435-500nm 等则是普通光源或发光二极管（LED）而非激光光源。第 1 页 共 26 页 说明 2：激光扫描技术可穿透混浊屈光介质（如白内障、玻璃体积血），穿透力大幅度 优于普通光学成像，尤其适用于周边视网膜病变筛查与特殊人群检查；有利于提高医院 患者检出率。综上所述，此条技术参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P11-13 页”。 我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项2：技术要求 2.1 成像原理：激光扫描成像原理，（投标时在商务技术内提供证明，并标明所在页码）。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS500，使用说明书：“操作原理：使用单色相机时，一条宽光线将会扫描视网膜。红色、绿色和蓝色发光二极管（LED）会依次照亮，生成真彩色图像。”、彩页：“光源：红 585-640nm、绿 500-

585nm、蓝 435-500nm、红外激光二极管，785nm。”，其中只有“红外激光二极管，785nm。”，由此可见其成像原理是通过宽光带（宽线）扫描即 LED 光源扫描原理对眼底进行彩色成像而非激光扫描成像；经查，无任何其它官方公开材料可以证明：该产品满足“成像原理：激光扫描成像原理”的技术要求。

说明 1：若为激光成像，成像光源为单一波长，且具体波长为单一确切数值，如红激光635nm、绿激光 532nm、红外激光二极管 785nm；若波长为范围值，如红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝 435-500nm 等则是普通光源或发光二极管（LED）而非激光光源。说明 2：激光扫描技术可穿透混浊屈光介质（如白内障、玻璃体积血），穿透力大幅度优于普通光学成像，尤其适用于周边视网膜病变筛查与特殊人群检查；有利于提高医院患者检出率。综上所述，此条技术参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P11-13 页”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项3：技术要求 2.2 成像光源：半导体激光或 LED 激光，光源数量 ≥ 2 个(投标时在商务技术内提供证明，并标明所在页码)。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS500，使用说明书：“使用单色相机时，一条宽光线将会扫描视网膜。红色、绿色和蓝色发光二极管（LED）会依次照亮，生成真彩色图像。”、彩页：“光源：红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝 435-500nm、红外激光二极管，785nm。”，其中只有“红外激光二极管，785nm。”为激光光源且不参与成像，激光光源数量为 1 个，不符合“半导体激光或 LED 激光，光源数量 ≥ 2 个”的技术要求。说明 1：若为激光成像，成像光源为单一波长，且具体波长为单一确切数值，如红激光635nm、绿激光 532nm、红外激光二极管 785nm；若波长为范围值，如红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝 435-500nm 等则是普通光源或发光二极管（LED）而非激光光源。说明 2：激光扫描技术可穿透混浊屈光介质（如白内障、玻璃体积血），穿透力大幅度优于普通光学成像，尤其适用于周边视网膜病变筛查与特殊人群检查；有利于提高医院患者检出率。综上所述，此条技术参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P11-13 页”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项4：技术要求 2.3 红激光波长： $\geq 532\text{nm}$ 。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS500，使用说明书：“红色、绿色和蓝色发光二极管（LED）会依次照亮，生成真彩色图像。”、彩页：“光源：红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝435-500nm、红外激光二极管，785nm。”，由此说明只存在红色发光二极管（LED）波长为 500-585nm、红外激光二极管 785nm，不存在红激光。不符合“红激光波长： $\geq 532\text{nm}$ ”的技术参数，故该条参数应为“负偏离”。说明 1：若为激光成像，成像光源为单一波长，且具体波长为单一确切数值，如红激光635nm、红外激光二极管，785nm；若波长为范围值，如红 585-640nm 则是普通光源或发光二极管而非激光光源。除此以外，红外激光为肉眼不可见激光，红色激光为肉眼可见的激光，两者并非同一种激光。说明 2：激光扫描技术可穿透混浊屈光介质（如白内障、玻璃体积血），穿透力大幅度优于普通光学成像，尤其适用于周边视网膜病变筛查与特殊人群检查；有利于提高医院患者检出率。综上所述，此条技术参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P11-13 页”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人

核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项5：技术要求 2.5 绿激光波长： $\leq 635\text{nm}$ 。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS500，使用说明书：“红色、绿色和蓝色发光二极管（LED）会依次照亮，生成真彩色图像。”

彩页：“光源：红 585-640nm、绿 500-585nm、蓝435-500nm、红外激光二极管，785nm。”，由此说明只存在绿色发光二极管（LED），波长为 500-585nm，不存在绿激光。不符合“绿激光波长：

$\leq 635\text{nm}$ ”的技术参数，故该条参数应为“负偏离”。说明 1：若为激光成像，成像光源为单一波长，且

具体波长为单一确切数值，如绿激光532nm；若波长为范围值，如绿 500-585nm 则是普通光源或发光二极管而非激光光源。说明 2：激光扫描技术可穿透混浊屈光介质（如白内障、玻璃体积血），穿透力大幅度优于普通光学成像，尤其适用于周边视网膜病变筛查与特殊人群检查；有利于提高医院患者检出率。

综上所述，此条技术参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P11-13 页”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项6：技术要求 2.6 瞳孔最小直径 $\leq 2.0\text{mm}$ ，不用散瞳，无需暗室，即可成像。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS500，使用说明书：“CLARUS500 的最小瞳孔大小为 2.5mm，通常无需扩大瞳孔即可实现。”

彩页：“瞳孔直径：2.5mm（最小）”，不符合“瞳孔最小直径 $\leq 2.0\text{mm}$ ”的技术参数。故该条参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P14-15”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项7：技术要求 2.7◆一次成像 $\geq 180^\circ$ 或超广角 $\geq 200^\circ$ 。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS 500，使用说明书：“超宽场：两幅图像拼接在一起形成一幅拼图图像，从眼睛中心测量时具

有 200° 的 FOV（视场角）”、彩页：“成像范围（从眼球中心）一次成像 133° 或超广角 200° ”不符合“一次成像 $\geq 180^\circ$ 或超广角 $\geq 200^\circ$ ”的技术参数。故该条参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P16-17”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核

对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单

位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。 3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项8：技术要求 2.10◆拍摄模式：自动拍摄或手动

事实依据：根据蔡司公司官方公开文件（彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS500，彩页：“自动操作：自动对焦、自动拼图、自动增益、自动眼别”，未说明有自动拍摄功能。经查，无其他任何官方公开材料可以证明该产品可以“自动拍摄”，不符合“拍摄模式：自动拍摄或手动”的技术要求，故该条参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P18”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。 2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。 3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项9：技术要求 2.13 屈光度数：无需调节屈光度（无屈光度限制）

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件及彩页），该公司的产品眼用照相机 CLARUS 500，“屈光补偿-24D+20D（连续）”指的是在-2400 度至+2000 度之内连续可调（屈光度 1D=100 度，“-”代表近视，“+”代表远视），由此该产品说明在此屈光度内可调节，具有屈光度数限制。不符合“2.13 屈光度数：无需调节屈光度（无屈光度限制）”的技术参数。故该条参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P19-20”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。 2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。 3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

质疑事项10：技术要求 4.2 投标产品使用期限≥8 年。

事实依据：根据蔡司公司官方文件（蔡司 CLARUS 500 使用说明书文件），该公司的产品眼用照相机 CLARUS 500，产品使用年限为 7 年，不符合“4.2 投标产品使用期限≥8年”的技术参数，故该条参数应为“负偏离”。此条事实依据证明材料，详见“附件 1、事实依据材料证明文件 P21-22”。我公司怀疑其虚假应标，请招标方及采购人核对。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标无效，处以采购金额 5%-10%的罚款，列入不良行为记录名单，1-3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的没收所得；构成犯罪的追究刑事责任。 2、《中华人民共和国政府采购法》第七十条：任何单位/个人对政府采购违法行为有权控告和检举，监管部门应及时处理。 3、《中华人民共和国招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或弄虚作假骗取中标的，中标无效；给招标人造成损失的承担赔偿责任；构成犯罪的追究刑事责任。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：1、按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第二十五条、《政府采购法实施条例》第 20 条相关规定，应建立在公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。我司恳请招标办、采购人及其他相关部门核对上述质疑事项、事实依据、证明材料、法律依据等判定虚假应标情况，并给出书面回复。 2、按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第二十五条、《政府采购法实施条例》第 20 条相关规定，应建立在公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。若出

现虚假应标的情况，请招标办、采购人及其他相关部门根据相关法律法规给予措施及处罚。

法定代表人（负责人或授权代表）签字(盖章)：

公章：

质疑提交日期：2025年06月13日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。