

质疑回复函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:...

地址

邮编: 310018 ...

法定代表人: ... 联系方式



二、质疑项目基本情况

项目名称: 诸暨市人民医院明峰 CT 维修保养服务项目

项目编号: 浙华元 25-02-25

采购人名称: 诸暨市人民医院

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1. 本次招标中的投标供应商杭州拜特医疗有限公司涉嫌虚假应标, 违反政府采购公平公开公正、诚实守信的原则。

事实依据: 招标文件第 17 页, 采购内容及技术要求中序号 6: “维修过程中需要更换零配件时, 应向医院解释说明并快速调用配件。

保证所提供的零配件是全新原厂配件, 且配件来源及渠道具备合法。

每次维修完成后, 工程师向院方设备科和放射科提供书面维修报告一份。” 序号 12: “▲设备维修使用的备件需为原厂全新零备件, 所更换球管均为全新原厂, 球管注明所用球管型号, 提供医疗器械注册证, 提供备件库内现有球管数量及商检和报关证明。” 此两项均为本



项目技术参数及要求且序号 12 为关键技术参数及要求，结合浙江省政府采购网公示的评分细则显示，杭州拜特医疗有限公司对采购内容进行了全部无偏离响应。明峰 ScintCare CT16P 是由明峰医疗系统股份有限公司自主研发设计制造的，主要的零配件都是自行设计制造或设计完成后委托供应商生产，具有独立知识产权，均为明峰 ScintCare CT16P 专用部件。维修用的原厂全新零备件均为明峰医疗系统股份有限公司直接供给给医院，不供给第三方公司及个人。明峰 ScintCare CT16P 用的球管（型号：CTR2280）是与明峰整机一起注册的，生产地在德国，国内没有单独注册证，由当立公司专供给明峰公司，不对任何第三方公司和个人进行供货。明峰医疗系统股份有限公司作为生产厂家，从未授权杭州拜特医疗有限公司销售我公司产品及原厂全新零备件和球管。

相关依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。《政府采购法》第七十七条规定，供应商虚假响应提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述规定成为财政部门在政府采购监管中时常援引的法律条款，也有相当一部分供应商因为提供虚假材料而受到行政处罚，轻则罚款，重则丧失一定期限内参与政府采购活动的资格。第十一条政府采购的信息应当在政府采购监督管理部门



指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。

质疑回复：评标委员会根据招标文件及投标文件进行评审，贵公司质疑涉嫌虚假应标为公安权限，我公司及采购人无权限核实及鉴定。

本项目中标人杭州拜特医疗有限公司提交了弃标函，本项目作废标处理。

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条规定，如对本答复不满意，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

浙江华元工程咨询有限公司
2025年4月7日

