

[illegible]

绍兴市人民医院超声乳化手柄、注吸手柄项目单一来源论证会

论证专家签到表

采 购 人：绍兴市人民医院

项目名称：绍兴市人民医院手柄、注吸手柄项目

时 间：2025 年 7 月 1 日


序号	姓名	单 位	职称	联系电话
	王 建	绍兴市第五医院	主治医师	13567246774
	王 磊	绍兴市人民医院	副主任医师	13706754734
	王 磊	绍兴市妇幼保健院	工程师	13615758373
	王 磊	绍兴文理学院附属医院	工程师	17855827503
	王 磊	浙江公建律师事务所	律师	19548901360

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：冯磊	
	职称：工程师	
	工作单位：绍兴文理学院附属医院	
项目信息	项目名称：绍兴市人民医院超声乳化手柄、注吸手柄项目	
	供应商名称：上海比格乐贸易有限公司	
专业人员论证意见	超声乳化设备及手柄品牌为博士伦，医疗器械注册证是整机注册的，其结构及技术功能包括了将超声能量转换技术和微处理控制技术，能够精准地将电能转换为超声振动能量，并对超声能量精确输出频率、脉冲模式等参数进行精确调控。为使注册内容不发生变化，只能使用博士伦原厂原装手柄。且使用非原厂原装手柄，将直接影响设备的使用安全，增加主机维修成本，造成安全隐患。	
专业人员签字	282w	日期2022年7月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马新明	
	职称: 工程师	
	工作单位: 绍兴市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院超声乳化手柄、注吸手柄项目	
	供应商名称: 上海比格乐贸易有限公司	
专业人员论证意见	该设备是一种高技术, 高精度手术器械和手术设备, 超声乳化手柄+注吸手柄是超声乳化的关键部件, 其设计与超声乳化仪的手柄连接紧密, 且通过手柄, 才能完成手术的操作, 因此进行手术时, 必须使用手柄, 而不能使用其他品牌设备可替代。	
专业人员签字		日期: 2018年 7月 1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜建</u>	
	职称: <u>主管药师</u>	
	工作单位: <u>绍兴市第五医院</u>	
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院超声乳化手柄、注吸手柄项目	
	供应商名称: 上海比格乐贸易有限公司	
专业人员论证意见	超声手柄和注吸手柄是手术的关键部件必须与主机系统配套无其他品牌可以替代。故只能以唯一供应商处理。	
专业人员签字		日期: <u>2015</u> 年 <u>7</u> 月 <u>1</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 许同浩
	职称： 专职律师
	工作单位： 浙江大公律师事务所
项目信息	项目名称： 绍兴市人民医院超声乳化手柄、注吸手柄项目
	供应商名称： 上海比格乐贸易有限公司
专业人员论证意见	为保证采购项目一致性和服务质量的 要求及设备的匹配和正常运行,根据 《政府采购法》第31条第1款和《政府 采购法实施条例》第27条的相关规定,本 项目采用单一来源采购方式合理合规。 上海比格乐贸易^{有限}公司为美国博士伦 品牌的唯一经销商,故只能从唯一经销 商处采购。
专业人员签字	许同浩 日期 2018 年 7 月 1 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁光启	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 绍兴市人民医院	
项目信息	项目名称: 绍兴市人民医院超声乳化手柄、注吸手柄项目	
	供应商名称: 上海比格乐贸易有限公司	
专业人员论证意见	该设备为手术柄由手柄, 其结构及控制功能包含了将超声能量转换为机械能和热能, 能精确地将电能转化为超声能量, 并对超声能量的输出频率、功率、时间等进行精确控制。该设备注册内容不发生变化, 与以前所买的手柄, 如: 超声乳化手柄, 将超声能量转换为机械能和热能, 是超声能量。	
专业人员签字	丁光启	日期: 2022年6月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。