

质疑答复函

答复人：浙江宇康工程管理咨询有限公司

接收人：舟山市鲁越贸易有限公司

一、质疑项目基本情况

质疑供应商：舟山市鲁越贸易有限公司

收到质疑函日期：2025 年 5 月 27 日

质疑项目的名称：舟山市定海区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目

质疑项目的编号：ZSYK2024-CG-031

二、质疑事项答复具体内容

贵公司对“舟山市定海区疾病预防控制中心气相色谱仪采购项目（编号：ZSYK2024-CG-031）的质疑函”，我公司已于 2025 年 5 月 27 日收悉。我公司依法向被质疑供应商提起质询，并组织原评标委员会协助质疑答复。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》和其他有关法律法规规定，现答复如下：

质疑事项 1：

我方质疑浙江自贸区宏泰生物科技有限公司所投的安捷伦 8890 气相色谱系统不能满足招标文件第 41 页技术参数要求★3.3 “程序升温：30 阶/31 平台以上”。

事实依据：

根据从安捷伦官方网站下载的《Agilent 8890 气相色谱仪 Data Sheet》中（下载网址 <https://www.agilent.com.cn/cs/library/datasheets/public/datasheet-8890-gas-chromatograph-5994-0492en-agilent.pdf>），第 2 页明确写明安捷伦 8890 气相色谱仪是 20 阶/21 平台。

质疑事项 2：

我方质疑浙江自贸区宏泰生物科技有限公司所投的安捷伦 8890 气相色谱系统不能满足招标文件第 41 页技术参数要求★3.6 “柱温箱内置耐高温照明灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。须提供安装照明灯的柱箱内部图片证明”。

事实依据：

根据从安捷伦官方网站下载的《Agilent 8890 气相色谱仪 维护气相色谱仪 (GC)》中 (网址 <https://www.agilent.com.cn/cs/library/usermanuals/public/usermanual-gc-maintenance-8890-g3540-97015-zh-agilent.pdf>)，第 32、33 和 35 页都有清晰的柱温箱内部图片，可以看到没有内置高温照明灯，且整个维护手册都没有提到过安捷伦有类似部件。

质疑事项 3:

我方质疑浙江自贸区宏泰生物科技有限公司所投的安捷伦 8890 气相色谱系统不能满足招标文件第 41 页技术参数要求★4.3 “配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明”。

事实依据:

根据从安捷伦官方网站下载的《Agilent 8890 气相色谱仪 Data Sheet》中 (下载网址 <https://www.agilent.com.cn/cs/library/datasheets/public/datasheet-8890-gas-chromatograph-5994-0492en-agilent.pdf>)，第 2 页的进样口概述中列举了安捷伦 8890 各类进样口的操作模式，可以看到没有恒线速度控制功能，且整个 datasheet 都没有提到过安捷伦有类似功能。

质疑事项 4:

我方质疑浙江自贸区宏泰生物科技有限公司所投的安捷伦 8890 气相色谱系统不能满足招标文件第 41 页技术参数要求 4.6 “仪器主机最多可同时安装 3 个分流不分流进样口。须提供“同时安装 3 个分流不分流进样口的安装位置图示”的证明材料”。

事实依据:

根据从安捷伦官方网站的 8890 气相色谱系统的性能指标中 (网址 <https://www.agilent.com.cn/zh-cn/product/gas-chromatography/gc-systems/8890-gc-system>)，明确写明了安捷伦 8890 气相色谱仪是 2 个进样口；且在安捷伦官方网站下载的《Agilent 8890 气相色谱仪维护气相色谱仪 (GC)》中 (网址 <https://www.agilent.com.cn/cs/library/usermanuals/public/usermanual-gc-maintenance-8890-g3540-97015-zh-agilent.pdf>)，第 20 页上的“图 3 8890GC 电子设备盖板”有清晰的 8890 气相色谱仪顶部图片，可以看到只有 2 个进样口位置。

质疑事项 5:

我方质疑浙江自贸区宏泰生物科技有限公司所投的安捷伦 8890 气相色谱系统不能满足招标文件第 42 页技术参数要求★6.2 “最低检测限：P≤50fgP/s (磷酸三丁酯)、S≤2.2pgS/s (十二烷硫醇)”。

事实依据:

根据从安捷伦官方网站下载的《Agilent 8890 气相色谱仪 Data Sheet》中（下载网址：<https://www.agilent.com.cn/cs/library/datasheets/public/datasheet-8890-gas-chromatograph-5994-0492en-agilent.pdf>），第5页的FPD指标明确写明了8890的FPD测试硫化物的最低检测限是2.5pgS/s。

回复：

经原评标委员会对项目招投标文件、质疑供应商质疑材料、被质疑供应商质询答复的认真审议后，一致认定，安捷伦官方网站上下载的资料仅作为官方对外产品宣传展示的用途，以客观和保守为原则，投标设备的具体数据应以官方途径的证明材料为准。根据现有资料，被质疑供应商并无虚假应标，上述参数均满足招标文件要求，原评标委员会亦无客观分评审错误等情形，质疑不成立。

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条规定，如贵公司对本答复不满意，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向舟山市定海区财政局投诉。

采购代理机构（公章）：浙江宇康工程管理咨询有限公司

日期：2025年6月6日

