

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马强	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 常山县人民医院	
项目信息	项目名称: 常山县人民医院飞利浦 MX 16-slice 螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 杭州圣强医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	1. CT是一种高科技性、高精度的医疗设备,为确保CT整机状态和使用安全性、性能可靠性不受影响,必须使用原厂配件才能保证设备使用安全和CT影像质量。 2. 飞利浦CT机只能使用飞利浦原厂生产的球管,目前市场上没有能替代使用的其他球管。 3. 球管是CT的核心部件,它的参数直接影响其他重要部件,其质量及整机的一致性非常重要。不同厂家配件无法保证设备正常运行使用寿命。 因此本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款及《浙江省财政厅关于完善地方政府采购管理规定的通知》第四章第一款规定。建议本项目采用单一来源采购。加意供应商为杭州圣强医疗器械有限公司,该公司为上海麦奥医疗器械有限公司授权的经销商,而上海麦奥医疗器械有限公司为飞利浦(中国)投资有限公司授权的经销商。	
	专业人员签字	马强 日期: 2025 年 6 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	
	职称:	医师
	工作单位:	常山县人民医院
项目信息	项目名称:	常山县人民医院飞利浦 MX 16-slice 螺旋 CT 球管采购项目
	供应商名称:	杭州圣强医疗器械有限公司
专业 人员 论 证 意 见	1. CT是一种高精尖医疗设备，为保障原CT整机安全运行及安全性，故能以原厂配件使用原厂配件和原厂配件使用安全和CT是保障。 2. 飞利浦CT机已在使用飞利浦原厂配件的环境下，其性能和使用寿命均能得到保证。 3. 飞利浦CT机的兼容性配件核心部件（如有一主心轴）寿命较长，且其配件的使用寿命长于其他品牌配件。因此，在采购时，应选择原厂配件，以保证设备的使用寿命。 综上所述，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省政府采购条例》等相关法律法规，以及本项目的实际情况，建议采购单位选择原厂配件进行采购。批文由采购人出具，并由采购人盖章确认。该批文为上海圣强医疗器械有限公司授权浙江总代理，上海圣强医疗器械有限公司为浙江（中国）极造有限公司授权浙江代理。	
专业 人员 签 字		日期：2025年6月9日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑恒勇	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 常山县妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 常山县人民医院飞利浦 MX 16-slice 螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 杭州圣强医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	1. CT是一种高技术性, 高精密度的医疗设备, 为确保原CT整机状态和使用安全性, 性能可靠性不受影响, 必须使用原厂配件才能保证设备使用安全和CT图像质量。 2. 飞利浦CT机只使用飞利浦原厂生产的球管, 目前市场上没有能完全替代使用的其他球管。 3. 球管是CT的消耗性配件, 它的参数直接影响其它重要部件工作, 其质量与整机的兼容性非常重要。不同厂家配件无法保证设备正常运行及设备使用的寿命。 因此本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购项目管理》的规定, 而飞利浦(中国)投资有限公司为生产厂商, 其授权上海爱奥迈医疗器械有限公司为浙江代理, 上海爱奥迈医疗器械有限公司授权杭州圣强医疗器械有限公司为浙江代理, 故建议本项目采用单一来源采购方式, 拟定供应商为杭州圣强医疗器械有限公司。	
专业人员签字	郑恒勇	日期: 2025 年 6 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证综合意见表

采购代理机构	浙江九越建设管理有限公司		
采购人名称	常山县人民医院(常山县人民医院医疗服务共同体)		
采购项目名称	常山县人民医院飞利浦MX 16-slice 螺旋CT球管采购项目		
采购项目编号	JYZFCG-2025-DY002		
拟采用的采购方式	单一来源		
论证时间	2025年 6 月 9 日		
专家论证意见如下: 1. CT是一种高技术性、高精密度的医疗设备,为确保原CT整机状态和使用安全性、性能可靠性不受影响,必须使用原厂配件才能保证设备使用安全和CT影像质量。 2. 飞利浦CT机只能使用飞利浦原厂生产的球管,目前市场上没有能替代使用的其他球管。 3. 球管是CT的消耗性配件(具有一定的使用寿命),它的参数直接影响其他重要部件(高压发生器、探测器等)工作,其质量及与整机的兼容性非常重要。不同厂家配件无法保证设备正常运行及设备使用的寿命。 因此,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购管理的通知》第四条第一款“在现有的经济和技术条件下,更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或服务配套要求,且会导致服务成本大幅增加或原有投资损失”规定。飞利浦(中国)投资有限公司为生产厂家,其授权上海麦奥医疗器械有限公司为浙江代理,上海麦奥医疗器械有限公司授权杭州圣强医疗器械有限公司为衢州代理。故,建议本项目采用单一来源采购方式采购,拟定供应商为杭州圣强医疗器械有限公司。			
采购人确认签字		论证时间	2025年 6 月 9 日
论证专家确认签字	