

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑恒勇.	
	职称: 主任中级.	
	工作单位: 常山县妇幼保健院.	
项目信息	项目名称: 常山县人民医院 GE Optima540 螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 杭州翊颺贸易有限公司	
专业人员论证意见	1. CT是一种高技术性、高精密度的医疗设备,为确保原CT整机状态和使用安全性,性能可靠且不受影响,必须使用原厂配件才能保证设备使用安全和CT图像质量。 2. 球管是CT的核心部件,其管电流、大小焦等参数与CT的高压发生器设计上有着严格的匹配性,更换非原厂球管/灯丝对CT图像及使用有严重影响。 3. 球管是CT的消耗性配件,它的寿命直接影响其重要部件工作,其质量与整机的兼容性非常重要,不同厂家的配件无法保证设备正常运行及设备使用的寿命。 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款及《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购管理的意见》第九条第一款规定,建议本项目采用单一来源采购方式,拟定供应商为杭州翊颺贸易有限公司,该公司为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司指定授权经销商。	
专业人员签字	郑恒勇	日期: 2025 年 6 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 张清军	
	职称: 主检技师	
	工作单位: 常山县疾控中心	
项目信息	项目名称: 常山县人民医院 GE Optima540 螺旋 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 杭州翊颺贸易有限公司	
专业人员 论证意见	1. CT是一种高技术性、高精密度、高精度的医疗设施,为医院CT整机状态和使用安全,性能可靠性不受影响,必须使用原厂配件才能保证设备使用安全和CT影像质量。 2. 球管是CT的核心部件,其电流大小、焦点等均影响CT的高压成像,设计上有严格的匹配性,更换其他厂家的球管会对CT图像使用有严重影响。 3. 球管是CT的关键性部件,它的参数直接影响其他重要部件工作,不同厂家配件无法保证设备正常运行及设备使用寿命。 因此本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款及《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购管理的通知》第四条第一款规定。建议本项目采用单一来源采购方式,指定供应商为本州翊颺贸易有限公司,该公司为通用电气医疗影像贸易发展(上海)有限公司指定授权经销商。	
	专业人员 签字	张清军


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名:	余
	职称:	医师
	工作单位:	常山县人民医院
项目信息	项目名称:	常山县人民医院 GE Optima540 螺旋 CT 球管采购项目
	供应商名称:	杭州翊颺贸易有限公司
专业人员 论证意见	且经医院前期 2015 年 3 月 1 日 - 5 日 GE Optima 540 CT, 球管已使用 3 年 8 个月, 球管已接近使用寿命, 为确保临床检查使用, 需采购新球管 1 台。 1. CT 是一种高技术、高精度医疗设备, 为确保 CT 影像质量, 球管是 CT 的重要组成部分, 球管的使用寿命直接影响 CT 影像质量, 因此, 球管的使用寿命是 CT 影像质量的关键因素。 2. 球管的使用寿命与球管的质量、使用频率、维护保养等因素有关。球管的使用寿命一般为 3 年, 球管的使用寿命越长, 球管的维护保养费用越低, 球管的更换频率越低, 球管的更换成本越低。 3. 球管的使用寿命与球管的质量、使用频率、维护保养等因素有关。球管的使用寿命一般为 3 年, 球管的使用寿命越长, 球管的维护保养费用越低, 球管的更换频率越低, 球管的更换成本越低。 综上所述, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《浙江省政府采购管理办法》第二十一条规定, 本项目采用单一来源采购方式, 采购球管 1 台, 由杭州翊颺贸易有限公司供货, 该供应商为通用电气医疗系统有限公司 (上海) 有限公司授权经销商。	
专业人员 签字	日期:	2025 年 6 月 9 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证综合意见表

采购代理机构	浙江九越建设管理有限公司		
采购人名称	常山县人民医院(常山县人民医院医疗服务共同体)		
采购项目名称	常山县人民医院GE Optima540螺旋CT球管采购项目		
采购项目编号	JYZFCG-2025-DY001		
拟采用的采购方式	单一来源		
论证时间	2025年6月9日		
专家论证意见如下: 1. CT是一种高技术性、高精密度的医疗设备,为确保原CT整机状态和使用安全性、性能可靠性不受影响,必须使用原厂配件才能保证设备使用安全和CT影像质量。 2. 球管是CT的核心部件,其管电流、大小焦点等均与CT的高压发生器设计上严格的匹配性,更换其他厂家的球管会对CT图像及使用有严重影响。 3. 球管是CT的消耗性配件(具有一定的使用寿命),它的参数直接影响其他重要部件(高压发生器、探测器等)工作,其质量及与整机的兼容性非常重要。不同厂家配件无法保证设备正常运行及设备使用的寿命。 因此,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购管理的通知》第四条第一款“在现有的经济和技术条件下,更换承接主体将无法保证与原有项目的一致性或服务配套要求,且会导致服务成本大幅增加或原有投资损失”规定。建议本项目采用单一来源采购方式,拟定供应商为杭州翊颺贸易有限公司,该公司为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司指定授权经销商。			
采购人确认签字		论证时间	2025年6月9日
论证专家确认签字	