

台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体医疗设备验收单

设备名称	血液透析机	使用科室	血透中心
规格型号	SWS-6000	生产厂家	重庆山外山血液净化技术股份有限公司
产品编号或序列号	6250411438	合同编号	ZJWS 2024-LQ147
注册证号	国械注准 20153101583	说明书	有
合格证	有	配置清单	有
出厂日期	2025.05.07	到货日期	2025.5.10
设备价格	153000	发票号码	25337000000041703932 25337000000041704555
维保人员		客服电话	
厂方工程师	钟李伯	联系电话	19502301015
经销商	杭州悦行优品健康管理有限公司	联系电话	19502303153
资产购置计划申请单号	8825001506503	资产实际采购申请单号	[2024]4848
固定资产登记号	SBJJJ202505291159	固定资产管理员	陈山峰
国产设备	生产企业：营业执照 ☒ 生产许可证 ☒ 注册证 ☒ 产品授权书 ☒		
进口设备	经营企业（全国总代理）：营业执照 ☐ 经营许可证或第二类产品备案凭证 ☐ 注册证 ☐ 产品授权书 ☐ 中文标签 ☐		
经销企业	营业执照 ☒ 经营许可证或第二类产品备案凭证 ☒ 法人授权书 ☒ 业务员身份证复印件和联系电话 ☒		
随机资料	厂家安装报告 ☐ 合格证 ☒ 装箱单 ☒ 保修卡 ☒ 使用技术说明书 ☒ 光盘资料 ☐		
验收记录	外观是否完好：是 ☒ 否 ☐ 规格型号是否相符：是 ☒ 否 ☐ 配件数量是否一致：是 ☒ 否 ☐ 参数配置是否一致：是 ☒ 否 ☐ 整机现在是否运行正常：是 ☒ 否 ☐		
验收结论	合格 ☒ 不合格 ☐		
尚待解决问题	有 ☐ 无 ☒	说明：	
验收数量	1 台	供应商确认签字	胡起来
医工部验收人	陈永杰	使用科室验收人	林
安装日期	2025.5.11	验收日期	2025.5.27

台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体医疗设备验收单

设备名称	血液透析机	使用科室	血透中心
规格型号	SWS-6000A	生产厂家	重庆山外山血液净化技术股份有限公司
产品编号或序列号	详见序列号清单	合同编号	ZJWS 2024-LQ147
注册证号	国械注准 20153101583	说明书	有
合格证	有	配置清单	有
出厂日期	2025.05.07	到货日期	2025.5.7
设备价格	864000 C96000 X90	发票号码	253370000000 41703932 253370000000 41704555
维保人员		客服电话	
厂方工程师	钟春伯	联系电话	19502301015
经销商	杭州小兑行优品健康管理有限公司	联系电话	19502303153
资产购置计划申请单号	8825001506504	资产实际采购申请单号	[2024] 4847
固定资产登记号	SBJJJ202505291162	固定资产管理员	陈峰
国产设备	生产企业：营业执照 ☒ 生产许可证 ☒ 注册证 ☒ 产品授权书 ☒		
进口设备	经营企业（全国总代理）：营业执照 ☐ 经营许可证或第二类产品备案凭证 ☐ 注册证 ☐ 产品授权书 ☐ 中文标签 ☐		
经销企业	营业执照 ☒ 经营许可证或第二类产品备案凭证 ☒ 法人授权书 ☒ 业务员身份证复印件和联系电话 ☒		
随机资料	厂家安装报告 ☐ 合格证 ☒ 装箱单 ☒ 保修卡 ☒ 使用技术说明书 ☒ 光盘资料 ☐		
验收记录	外观是否完好：是 ☒ 否 ☐ 规格型号是否相符：是 ☒ 否 ☐ 配件数量是否一致：是 ☒ 否 ☐ 参数配置是否一致：是 ☒ 否 ☐ 整机现在是否运行正常：是 ☒ 否 ☐		
验收结论	合格 ☒ 不合格 ☐		
尚待解决问题	有 ☐ 无 ☒	说明：	
验收数量	9台	供应商确认签字	胡超来
医工部验收人	张卫也 连灵杰	使用科室验收人	宋~
安装日期	2025.5.11	验收日期	2025.5.27

台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体医疗设备验收单

设备名称	血液透析机	使用科室	血透科
规格型号	SW5-6000	生产厂家	重庆山外山血液净化技术股份有限公司
产品编号或序列号	6230405530	合同编号	ZJWS2024-LQ147
注册证号	国械注准20153101583	说明书	有
合格证	有	配置清单	有
出厂日期	2025.01.17	到货日期	2025.1.21
设备价格	153000	发票号码	25337000000041703932 25337000000041704555
维保人员		客服电话	
厂方工程师	喻亮	联系电话	13648416253
经销商	杭州悦行优品健康管理有限公司	联系电话	19502303153
资产购置计划申请单号	8825001506503	资产实际采购申请单号	[2024]4848
固定资产登记号	SBTJT202505291159	固定资产管理员	陈峰
国产设备	生产企业：营业执照 ☒ 生产许可证 ☒ 注册证 ☒ 产品授权书 ☒		
进口设备	经营企业（全国总代理）：营业执照 ☐ 经营许可证或第二类产品备案凭证 ☐ 注册证 ☐ 产品授权书 ☐ 中文标签 ☐		
经销企业	营业执照 ☒ 经营许可证或第二类产品备案凭证 ☒ 法人授权书 ☒ 业务员身份证复印件和联系电话 ☒		
随机资料	厂家安装报告 ☐ 合格证 ☒ 装箱单 ☒ 保修卡 ☒ 使用技术说明书 ☒ 光盘资料 ☐		
验收记录	外观是否完好：是 ☒ 否 ☐ 规格型号是否相符：是 ☒ 否 ☐ 配件数量是否一致：是 ☒ 否 ☐ 参数配置是否一致：是 ☒ 否 ☐ 整机现在是否运行正常：是 ☒ 否 ☐		
验收结论	合格 ☒ 不合格 ☐		
尚待解决问题	有 ☐ 无 ☒	说明：	
验收数量	1台	供应商确认签字	胡超米
医工部验收人	连灵杰	使用科室验收人	
安装日期	2025.1.21	验收日期	2025.3.28