

单一来源采购论证报告

项目 信息	采购人	台州市天台县中医院		
	采购内容或项目名称	天台县中医院 CT 球管采购项目		
	联系人	梅天宁	联系电话	13606767120
	预算金额	650000.00 元	采购类型	分散采购-委托中介
	拟定供应商	杭州唐枫医疗器械有限公司		
	供应商地址	杭州市上城区森禾商务广场 1 幢 2303 室		
	请选择该项目所适用的单一来源采购情形： 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的情形： ☒ 1、只能从唯一供应商处采购的； ☐ 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
项目 基本 情况	我院放射科现有一台 GE 540 16 排 CT，现该 CT 球管已接近使用寿命，为提高科室诊治水平，更好满足患者要求，拟采购新 CT 球管 1 个。			
申请 理由	1. CT 是一种高技术性、高精密度的医疗设备，球管既是 CT 的核心部件，又是 CT 的消耗性配件(具有一定的使用寿命)，它的参数直接影响其他重要部件(高压发生器、探测器等)工作，其质量及与整机的兼容性非常重要。同时，医疗器械注册证是整机注册的，其结构及组成中包含了 CT 球管，为使注册内容不发生变化，确保原 CT 整机状态和使用安全性、性能可靠性不受影响，保证原 CT 设备整机的正常运行和影响质量，合理延长整机使用寿命，必须使用 CT 整机制造原厂配套球管。 2. CT 球管是 CT 的核心部件，其管电流、大小焦点等均与 CT 的高压发生器设计上严格的匹配性，更换其他厂家的球管对 CT 图像及使用均有严重影响。 3. CT 球管是设备的重要的配件，不宜采购不同品牌的配件，以免影响原设备主			

	机的工作稳定性，避免运行故障。不同厂家配件会造成售后服务中互相推诿，无法保证设备正常运行及设备使用的寿命。有专有技术和售后等方面均具有不可替代性。			
专家 论证 意见	台州市天台县中医院现有一台 GE 540 16 排 CT, 球管为 GE 公司该机型专用备件, 不是单独存在能使用的设备, 这些备件必须与 CT 机整机匹配性测试合格, 才能让 CT 投入使用。原装球管是原厂的进口产品, 在中国境内无法获取, 且其性能均须通过 GE 医疗设备的匹配性测试, 可以保证设备使用安全和 CT 影像质量。国内其他球管未在 GE 公司医疗设备上做匹配性测试, 无法保证设备安全性及使用性能。且 CT 球管是 CT 的核心部件, 其管电流、大小焦点等均与 CT 的高压发生器设计上有严格的匹配性, 更换其他厂家的球管对 CT 图像及使用均有严重影响。不同厂家配件会造成售后服务中互相推诿, 无法保证设备正常运行及设备使用的寿命。 综上所述, 专家组经讨论评议一致认为符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规 第(一)条“只能从唯一供应商处采购”的情形, 可以采用单一来源采购方式, 杭州唐枫医疗器械有限公司为 GE 公司合法授权的针对天台县中医院的唯一经销商, 综合考虑并经充分论证, 建议由杭州唐枫医疗器械有限公司作为本项目的唯一供应商。 2025 年 7 月 15 日			
专家 信息	专家签名	职称	工作单位	联系电话
	赵校	高工	浙江省新华医院	13396599960
	王靖波	高工	杭州市-	1375844 7396
	林松	高工	浙江省新华医院	13805741651

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：林贝贝
	职称：高工
	工作单位：浙江省计量科学研究院
项目信息	项目名称：天台县中医院 CT 球管采购项目
	供应商名称：杭州唐枫医疗器械有限公司
专业人员论证意见	CT 是一种高技术、高精度的医疗设备，而球管则为 CT 的核心部件，又是 CT 的消耗性部件。它的技术参数直接影响 CT 的成像质量。由于 CT 机是整机组装，其结构及组成中包含 3 个球管。球管是 CT 的核心部件，其技术参数如电压、大小焦点等都与 CT 的高压发生器设计上有严格的匹配性，如球管是 1 对 1 的匹配，否则会产生严重的匹配问题。我所为台州市天台县中医院有一台 CT54016 球管，其品牌为 GE 公司，其球管也是 GE 公司专用配件。其球管与整机组装使用才能匹配合格。反装球管后厂的接口处，在中国境内无法获得。国内其他球管在 GE 公司未通过匹配性测试，无法保证 CT 机的正常工作。综上所述，以上论述符合《中华人民共和国政府采购法》三十一条第一款第（一）项，“只能从唯一供应商处采购”的情形，可以采用单一来源采购方式，拟将供应商为杭州唐枫医疗器械有限公司作为该项目的唯一供应商。
专业人员签字	日期 2025 年 7 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

杭州唐枫医疗器械有限公司为 GE 公司合法授权的经销商，建设由杭州唐枫医疗器械有限公司作为该项目的唯一供应商。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王清波
	职称：高工
	工作单位：杭州市第一人民医院
项目信息	项目名称：天台县中医院 CT 球管采购项目
	供应商名称：杭州唐枫医疗器械有限公司
专业人员论证意见	台州市天台县中医院 CT 球管采购项目面向 GE 540 16排 CT 3期，球管为专用备件必须与CT机整机匹配性测试合格，能保证 CT 投入使用，原装球管性能通过GE医疗设备匹配性测试3次球管设备使用安全和CT影像质量。 国内其他球管未能保证设备安全使用性能，CT球管做为核心部件，管电流、大小焦点等均与CT的高压发生器设计须严格匹配。 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第五十一条规定第（一）条“只能从唯一供应商处采购”的情形，建议采用单一来源采购方式。
专业人员签字	王清波 日期 2025年 7月 15日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

姓名：赵稜	职称：高工
专业人员信息	工作单位：浙江省新华医院
项目信息	项目名称：天台县中医院 CT 球管采购项目
专业人员论证意见	该医院有一台同厂的GE-540 16排CT. 此管为GE公司该机型专用备件. 不是单独存在该机型上的设备. 而相类各型号级与CT机匹配性时测试合格. 对于多种型号的相类技术参数吻合度高的情况下证明其性能. 已能满足. 且该机型上的控制及计算机系统. 而因用的是他CT球管在技术参数及上述均与GE540 CT机匹配性能. 经该医院的负责人. 对于其无法完成该机型并付证. 证明其可行. 且该医院设备的负责人. 对于其可行及可行问题. 综上所述. 经论证认为该医院符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条. 第(一)条“足额的唯一供应商”的条件. 且该医院. 对于其可行. 杭州唐枫医疗器械有限公司为GE公司合法授权的针对天台县中医院唯一经销商. 建议由杭州唐枫医疗器械有限公司作为该项目的唯一供应商.
专业人员签字	日期 2015 年 7 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。