

专家论证意见

专业人员信息	姓名：朱显武
	职称：工程师
	工作单位：温州医科大学附属第二医院
专业人员信息	姓名：麻益鹏
	职称：高级工程师
	工作单位：温州市人民医院
专业人员信息	姓名：王武
	职称：
	工作单位：温州医科大学附属第一医院
项目信息	项目名称：温州医科大学附属眼视光医院光学相干断层扫描等多台设备维保服务
	供应商名称：天津高视医疗技术有限公司

1. 经分析，供应商资格要求符合《中华人民共和国政府采购法》规定，未歧视供应商，采购需求符合医疗设备维修与行为规定和要求，未歧视供应商，评标细则、评标办法、提交投标文件截止时间、开标地点、公告时间及程序等事项均符合采购法规定。招标文件中不存在倾向性意见和特定服务要求；供应商资格条件不存在倾向性和歧视性；不存在与相关法律法规和政策相冲突的情况；不存在影响采购过程“公开、公平、公正”原则的其他情况。也不存在其他需要说明的情况。

2. 本项目于2025年5月30日在浙江政府采购网上发布了公开招标公告，至投标截止时间2025年6月20日仅有1家（天津高视医疗技术有限公司）投标单位递交了投标文件，投标单位不足三家，招标作废处理。

3. 本项目维保设备包括共焦激光断层扫描, 共焦激光眼底造影系统, 光学相干断层扫描, 激光扫描和眼底等多种眼科专业医疗设备, 均为海德堡等知名品牌, 设备精密复杂, 零配件采购途径受限, 市场上非原厂授权的供应商无法保证原厂零配件供应, 不能保证设备的及时维修和运行质量, 部分故障不具有修复能力。天津高视医疗技术服务有限公司为本项目拟入维保设备的原厂指定售后服务机构, 可以保证零配件供应并符合原厂的质量要求。故该设备符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项“只能从唯一供应商处采购的”的情形, 建议允许以单一来源采购方式继续采购。

专家姓名	工作单位	职称	联系方式	签名
陈明	温州市人民医院	主任	13818500108	陈明
王武	温州一院	主任医师	1300067777	王武
杜文	温州附二院	主任医师	13457005520	杜文