

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: 浙江省肿瘤医院半导体激光治疗机

质疑项目的编号: ZJ-2530626-02 二次 包号: .../.....

采购人名称: 浙江省肿瘤医院

采购文件获取日期: 2025 年 5 月 30 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: “ZJ-2530626-02 二次”招标文件中“三、招标技术要求”关于两个“▲”项要求较第一次招标“ZJ-2530626-02”相应条款的修订存在限制性或倾向性条款。

事实依据: 第一次招标▲激光中心波长为 980nm, 第二次招标▲激光中心波长为 810-980nm, 因相应条款的修订存在限制性或倾向性条款, 且因素设置与采购需求不相关, 使第一次招标过程中被质疑的产品重新符合本次招标要求, 严重背离《中华人民共和国政府采购法》公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则, 以及《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监〔2021〕22 号)文件关于“健全行政裁决机制”要求。

质疑事项 2: “ZJ-2530626-02 二次”招标文件“三、招标技术要求”中“4 激光器通道数: 双通道, 主机能同时连接二根光纤”关于激光器通道数的要求及解释违背行业常识, 与采购需求不相关, 且存在显著倾向性, 限制其他供应商。

事实依据: 半导体激光器的通道数通常指的是激光器内部可以独立控制的输出通道数量, “双通道”在激光技术中通常指两个独立的激光输出路径, 招标文件中关于激光器的“双通道”的描述“主机能同时连接二根光纤”违背常识, 与采购需求不相关, 且存在显著倾向性 (如安徽得邦激光技术有限公司生产的半导体激光治疗机), 限制其他供应商, 严重背离《中华人民共和国政府采购法》公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则, 以及《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监〔2021〕22 号)文件关于“健全行政裁决机制”要求。

百度 AI+

听

半导体激光器的通道数通常指的是激光器内部可以独立控制的输出通道数量。常见的半导体激光器通道数包括单通道和多通道（如双通道、四通道等）。

单通道半导体激光器

单通道半导体激光器是最基本的类型，只有一个输出通道。这种激光器通常用于简单的应用场景，如激光指示、光学测量等。

多通道半导体激光器

多通道半导体激光器则具有多个独立的输出通道，常见的有双通道和四通道激光器。

双通道调制半导体激光器

双通道调制半导体激光器具有两个独立的调制通道，每个通道可以独立进行数字（ON/OFF）和模拟（功率控制）调制。这种激光器常用于需要高灵活性和多模式输出的应用，如光通信、激光雷达和传感器等 1 2。

质疑事项 3: 本次招标文件招标技术要求因素设置与最初采购需求不符。

事实依据: “ZJ-2530626-02 二次”招标文件“三、招标技术要求”中“2 适用症: 适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射”，取消了第一次招标文件中的具体适应病症“以达到治疗呼吸道内各种良恶性肿瘤的目的”。本次招标文件因素设置与最初采购需求不符。招标文件中“五、评标细则/5. 评分因素及分值范围/商务技术分关于投标货物的技术性能: 根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分”这条评分细则不能明确有效评估采购需求的设备在具体临床上的应用。使第一次招标过程中被质疑的产品重新符合本次招标要求，严重背离《中华人民共和国政府采购法》公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，以及《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: 请采购代理机构公平公正

1 的设备需要设置招标技术要求，临床

应用的适应症应设置为“▲”项

签字(签章):

日期: