

# 质疑答复函

## 一、质疑供应商基本信息

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：嵊州市卫生健康局医共体救治能力提升工程(金庭分院异地新建) CT(含放射科防护安装)采购项目

质疑项目的编号：ZJHY-SZ2025019

采购人名称：嵊州市卫生健康局

收到质疑函日期：2025 年 5 月 27 日

## 三、质疑事项具体内容及答复

质疑事项 1：机架最快旋转速度 $\leq 0.7s/360$ 度。

事实依据：根据此次采购 CT 的招标参数来看，此次采购的 CT 主要是临床实用性 CT，主要用于平扫，平扫本身对机器转速的要求，没有像增强扫描，冠脉成像有明确的要求，反而过快的转速会降低采样率，影响图像质量。

质疑事项 1 的答复：

机架转速越高，时间分辨率越高，可以减少运动部位或烦躁病人图像的运动伪影，在这些检查应用中有重要作用。且经市场调研及采购人现有需求及未来发展需要设置，参数满足 3 家以上品牌，符合法律法规要求。

因此，贵司的质疑事项 1 不成立。

质疑事项 2：15 重建速度： $\geq 30$  幅/秒。

事实依据：CT 重建速度与 CT 的实际性能，无直接关系，目前大多数扫描会选择厚层扫描，薄层重建，并且重建速度与 CT 的重建算法种类、层厚等因素相关，不能一概而论。

质疑事项 2 的答复：

重建速度是衡量 CT 系统性能的重要指标之一，且经市场调研及采购人现有需求及未来发展需要设置，参数满足 3 家以上品牌，符合法律法规要求。

因此，贵司的质疑事项 2 不成立。

质疑事项 3：17 最小螺距 $\leq 0.5$ 。

事实依据：小螺距扫描，会增加辐射剂量，增加扫描时间，增加球管的损耗，增加售后的成本。

质疑事项 3 的答复：

CT 螺距是 CT 扫描中的一个重要参数，它决定了扫描时间和图像质量。CT 最小螺距越小，层间距离越小，图像的分辨率就越高。且经市场调研及采购人现有需求及未来发展需要设置，参数满足 3 家以上品牌，符合法律法规要求。

因此，贵司的质疑事项 3 不成立。

质疑事项 4：18 空间分辨率 $\geq 20$  LP/cm(0%MTF)。

事实依据：图像质量不仅与空间分辨率有关，与密度分辨率也有关系，但整版参数中，只有空间分辨率，对密度分辨率没有任何体现，且空间分辨率各厂商检测条件不一致，无法进行单一的比较。

质疑事项 4 的答复：

进行 CT 扫描的最终目标是精准发现病变，空间分辨率是在扫描参数既定的前提下，CT 图像能够鉴别的最小组织结构的直径大小。空间分辨率越高，图像越清晰，图像质量更好，更有利于临床的诊断。且经市场调研及采购人现有需求及未来发展需要设置，参数满足 3 家以上品牌，符合法律法规要求。

因此，贵司的质疑事项 4 不成立。

质疑事项 5：22 扫描床承重 $\geq 200$ kg。

事实依据：要求扫描床承重 $\geq 200$ kg，这个数值远超过中国人的体重，对临床无实际的意义。

法律依据：《中华人民共和国采购法》第二章第二十二条采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视。《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。（六）限定或者指定特定的专利商标、品牌或者供应商：（八）以其他不合理的条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 5 的答复：扫描床承重是基本的参数规格，经市场调研及采购人现有需求及未来发展需要设置，参数满足 3 家以上品牌，符合法律法规要求。

投诉



33010

卫生



因此，贵司的质疑事项 5 不成立。

#### 四、与质疑事项相关的请求

1. 建议将“2 机架最快旋转速度 $\leq 0.7\text{s}/360\text{度}$ ”改为“2 机架最快旋转速度 $\leq 0.8\text{s}/360\text{度}$ ”。
2. 建议将“15 重建速度： $\geq 30\text{幅/秒}$ ”改为“15 重建速度： $\geq 13\text{幅/秒}$ ”。
3. 建议将“17 最小螺距 $\leq 0.5$ ”改为“17 最小螺距 $\leq 0.6$ ”。
4. 建议将“18 空间分辨率 $\geq 20\text{LP/cm}(0\%\text{MTF})$ ”改为“18 最大空间分辨率 $\geq 15\text{LP/cm}(0\%\text{MTF})$ ”，并增加参数“密度分辨率，厂商自述，注明检测条件及剂量”。
5. 建议将“22 扫描床承重 $\geq 200\text{kg}$ ”改为“22 扫描床承重 $\geq 180\text{kg}$ ”。

#### 质疑事项答复：

本项目所设参数均是依据项目的具体特点，结合实际需要设置的技术要求，反映产品的具体性能，为采购人的合理需求。经市场调研及采购人现有需求及未来发展需要设置，技术参数设置不存在倾向性，参数满足 3 家以上品牌，可以形成充分有效竞争，不存在歧视性、排他性，不属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条规定的“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的情形。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条、第九条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。由此得知采购人可以根据项目要求和实际需求制定参数。

综上所述，贵司对本质疑事项不成立。

#### 五、告知依法投诉的权利

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条规定，如贵单位对本答复不满意，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑答复人(盖章)：嵊州市卫生健康局

浙江华耀建设咨询有限公司

答复日期：2025 年 5 月 30 日