

质疑函

二、质疑项目基本情况

质疑项目名称：嵊州市卫生健康局医共体救治能力提升工程(金庭分院异地新建) CT（含放射科防护安装）采购项目

质疑项目编号：ZJHY-SZ2025019

采购单位：嵊州市卫生健康局

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：机架最快旋转速度 $\leq 0.7\text{ s}/360\text{ 度}$

事实依据：根据此次采购 CT 的招标参数来看，此次采购的 CT 主要是临床实用性 CT，主要用于平扫，平扫才对机器的要求，没有像增强扫描，冠脉成像有明确的要求，反而过快的转速会降低采样率，影响图像质量。

质疑事项 2：15 重建速度： ≥ 30

事实依据：CT 重建速度与 CT 的实际性能，无直接关系，目前大多数扫描会选择厚层扫描，薄层重建，并且重建速度与 CT 的重建算法种类、层厚等因素相关，不能一概而论。

质疑事项 3：17 最小螺距 ≤ 0.5

事实依据：小螺距扫描，会增加辐射剂量，增加扫描时间，增加球管的损耗，

增加售后的成本。

质疑事项 4: 18 空间分辨率 ≥ 20 LP/cm (0%MTF)

事实依据：图像质量不仅与空间分辨率有关，与密度分辨率也有关系，但整版参数中，只有空间分辨率，对密度分辨率没有任何体现，且空间分辨率各厂商检测条件不一致，无法进行单一的比较。

质疑事项 5:22 扫描床承重 ≥ 200 kg

事实依据：要求扫描床承重 ≥ 200 kg，这个数值远超过中国人的体重，对临床无实际的意义。

法律依据：《中华人民共和国采购法》第二章第二十二条 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视。《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。（六）限定或者指定特定的专利商标、品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

四、与质疑事项相关的请求

1. 建议将“2 机架最快旋转速度 ≤ 0.7 s/360 度”改为“2 机架最快旋转速度 ≤ 0.8 s/360 度”。
2. 建议将“15 重建速度： ≥ 30 幅/ $\gamma\gamma$ ”改为“15 重建速度： ≥ 13 幅/秒”。
3. 建议将“17 最小螺距 ≤ 0.5 ”改为“17 最小螺距 ≤ 0.6 ”。
4. 建议将“18 空间分辨率 ≥ 20 LP/cm (0%MTF)”改为“18 最大空间分辨率 ≥ 15 LP/cm (0%MTF)”，并增加参数“密度分辨率，厂商自述，注明检测条件及剂量”。
5. 建议将“22 扫描床承重 ≥ 200 kg”改为“22 扫描床承重 ≥ 180 kg”。