# 单一来源采购专家论证报告

## 一、基本情况

| | |
|---|---|
| 申请学院或部门 | 材料与环境工程学院 |
| 拟采购项目名称 | 扫描电子显微镜灯丝更换 |
| 拟采购项目金额 | 166360 |
| 拟采购开支经费编号 | XYD-1842 |

## 二、申请理由

☑1.只能从唯一供应商处采购;

☐2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;

☐3.必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求,需要从原有供应商处添购,且添购金额不超过原合同金额百分之十。

原因阐述:

学院大仪：一体化分析型发射扫描电子显微镜（资产编号：ZCTY2021111706257）,设备型号：JSM-IT500HR/LA；2019 年装机，至 2025 年 5 月已经累计使用 6 年，扫描电镜灯丝耗尽，现已不能使用，急需更换灯丝，只有日本电子原厂灯丝才能适配现有设备，保证与原设备技术指标完整性及方便后期维修保养；特申请单一来源采购方式来采购本项目；

## 三、拟定供应商

| | |
|---|---|
| 拟定供应商名称 | 捷欧路（北京）科贸有限公司上海分公司 |
| 拟定供应商地址 | 上海市长宁区淞虹路 207 号明基商务广场<br>A 栋 2 楼 BC 单元 |

## 四、专家论证意见

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 | 签名 |
|---|---|---|---|---|
| 郭昶 | 常州大学 | 教授 | 18961181866 | |
| 孙斌 | 南京工业大学 | 教授 | 15952985099 | |
| 林芃 | 浙江大学 | 教授 | 13067778779 | |
| 章炜 | 东南大学 | 副教授 | 15195582615 | |
| 谢波 | 浙江工业大学 | 副教授 | 18061434913 | |

根据采购单位实际需求分析，本项目属于高价值损耗零配件的更换，扫描电镜灯丝作为电镜核心部件，选择原厂灯丝能保证原有设备的技术指标完整性，捷欧路（北京）科贸有限公司上海分公司是日本电子在中国成立的公司，负责中国区域的所有设备维修及零配件更换业务，建议由捷欧路（北京）科贸有限公司上海分公司完成此次扫描电镜灯丝更换。

附：1.采购内容及预算清单（总值　16.636　万元）

| | 项目名称 | 数量 | 预计单价（万元） | 总金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灯丝 | 1 | 14.2380 | 14.2380 |
| 2 | 垫片 | 1 | 0.038 | 0.038 |
| 3 | 维修费 | 1 | 2.360 | 2.360 |