



单一来源采购专家论证报告

一、基本情况				
申请学院或部门	材料与环境工程学院			
拟采购项目名称	透射电子显微镜灯丝			
拟采购项目金额	187684			
拟采购开支经费编号	XYD-1842			
二、申请理由				
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购；				
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；				
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同金额百分之十。				
原因阐述： 学院大仪：透射电子显微镜（资产编号：2021033401），设备型号：FEI Talos F200S；2021年装机使用，至2025年5月已经累计使用4年，电镜灯丝电流不稳定，分辨率下降，经工程师检查，灯丝寿命到期，需更换灯丝，只有赛默飞原厂灯丝才能适配现有设备，为保证与原设备技术指标完整性及方便后期维修保养；特申请单一来源采购方式来采购本项目；设备原值784.58万元，灯丝购买价格187684，不超过原合同金额10%；				
三、拟定供应商				
拟定供应商名称	赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司			
拟定供应商地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-743室			
四、专家论证意见				
姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
郭昶	常州大学	教授	18961181866	
孙斌	南京工业大学	教授	15952985099	
林芃	浙江大学	教授	13067778779	
章炜	东南大学	副教授	15195582615	
谢波	浙江工业大学	副教授	18061434913	
<p>根据采购单位实际需求分析，本项目属于高价值损耗零配件的更换，透射电镜灯丝作为电镜核心部件，选择原厂灯丝能保证原有设备的技术指标完整性，赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司，负责中国区域的FEI电镜维修及零配件更换业务，建议由赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司完成此次透射电镜灯丝更换。</p>				

附：1. 采购内容及预算清单（总值 18.7684 万元）

	项目名称	数量	预计单价（万元）	总金额（万元）
1	灯丝	1	18.7684	18.7684