

一、验收方案							
(一) 项目基本情况							
采购人名称	浙江省医疗器械检验研究院			供应商名称	温州浪杰贸易有限公司		
项目名称	浙江省医疗器械检验研究院超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备采购项目			合同编号	11N735261631202419205		
合同签订时间	2024 年 10 月 23 日			合同规定验收时间	/		
项目类型	☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程			合同金额	1180000.00		
(二) 验收方式和方法							
验收组织方式	☒ 自行组织 ☐ 委托代理			代理机构名称	/		
验收方式	☒ 一般验收程序 ☐ 简易验收程序			选择简易验收理由	/		
验收方法	☒ 一次性验收 ☐ 分段验收 ☐ 分期验收			选择非一次性验收理由	/		
大型或复杂项目	☐ 是 ☒ 否			邀请本项目其他供应商	☐ 是 ☒ 否		
	参与验收检测机构名称	/			参与验收供应商名称	/	
(三) 验收人员组成							
验收小组总人数	5	专业技术人员人数	4	实际使用人人(如有)	3	其他验收人员数量	/
验收人员姓名	所属部门/单位		联系方式				备注
许仲旻	生物材料检验研究所		0571-86002931				组长
高梅	办公室		0571-86002960				
陈丹文	生物材料检验研究所		0571-86002928				
沈彬彬	质量管理部		0571-87896515				
李婧	生物材料检验研究所		0571-87896548				

(四) 验收主要指标和标准

序号	项目名称	货物型号规格、标准及配置等	数量	单价	合计
1	主机	品牌：爱尔康 主机型号：Constellation, 含脚踏、氙灯光源、台车及主机配件	1 套	1180000	1180000
2	配件	超声乳化手柄（爱尔康8065750469） 针头（45度直径0.9mm 小喇叭口型； 爱尔康8065750853）	2 套	/	/
3	配件	注吸手柄（爱尔康8065751795） 针头（INTREPID 注吸针头 直型； 爱尔康8065751012）	2 套	/	/
4	配件	532nm眼底激光（爱尔康）	1 套	/	/

(1) 验收标准

1、采购合同



2、招标及投标文件



(2) 主要验收内容

1、开箱确认：设备外观检查、配置清点检查；

2、仪器设备的安装调试及培训；

3、功能、性能确认；

①连接设备，确认设备可以正常启动；

②连接超乳手柄，确认手柄连接正常；

③连接灌注液和积液盒，确认设备可以正常测试；

④手柄测试成功

4、整套系统验收确认；

(3) 相关材料

1、入库单



2、仪器设备验收记录表



二、验收报告			
货物类项目验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	☒ 合格 ☐ 不合格	
	品牌、型号、规格、数量及外观质量	☒ 合格 ☐ 不合格	
	技术、性能指标	☒ 合格 ☐ 不合格	
	运行状况及安装调试	☒ 合格 ☐ 不合格	
	售后服务承诺	☒ 合格 ☐ 不合格	
	合同履行时间、地点、方式	☒ 合格 ☐ 不合格	
	其他说明: _____		
三、验收结论			
存在的问题和改进意见			
验收小组意见	验收结论性意见 ☒ 合格 ☐ 不合格 其他需要说明的事项:		
	有异议的意见和说明理由: 签字:		
	验收评价: ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格		
验收小组成员签字: 许仲发 陈丹义 沈彬彬 李婧 高梅			
供应商确认: 王习顺 供应商盖章或授权代表签字: 联系电话: 2025年6月30日			

