

新疆医科大学第一附属医院飞秒屈光手术系统拆机、安装及校准服务采购项目论证-专家签到表

项目单位	新疆医科大学第一附属医院		
采购内容	飞秒屈光手术系统拆机、安装及校准服务		
论证时间			
论证地点	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室		
序号	专家姓名	工作单位	联系电话
1	王林明	新疆维吾尔自治区人民医院	1899907331
2	陈文峰	自治区人民医院	13899954821
3	记明	武警医院	18999223016

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 王树娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 鄂温克族自治旗社会保险管理局
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院飞秒屈光手术系统拆机、安装及校准服务采购项目
	供应商名称: 卡尔蔡司(上海)管理有限公司
专业人员论证意见	该项目拟采购的飞秒屈光手术系统拆机安装及校准服务是医院已有手术系统院内移机,该项服务需要原厂授权之供应商安排有相应资质之工程师进行移机操作方能达到原厂的性能指标,移机后之手术系统校准也需要原厂授权之工程师进行操作,目前医院已有设备之生产厂家是卡尔蔡司(上海)管理有限公司,因此最佳用原厂配件进行更换及校准服务。根据《政府采购法》第三十一条及74号令《政府采购非招标采购管理办法》的相关规定,同意该项目采用单一来源方式进行采购。
专家签字:	王树娟 日期:

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 张峰
	职称: 副主任医师
	工作单位: 武警医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院飞秒屈光手术系统拆机、安装及校准服务采购项目
	供应商名称: 卡尔蔡司(上海)管理有限公司
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院拟采购飞秒屈光手术系统拆机、安装及校准服务,由于该手术系统属高精尖医疗设备,生产厂家设计理念,知识产权保护等因素影响,其机器的拆机安装和校准服务均需由原厂工程师具备有资质的售后服务团队及工程师完成,外原厂商的售后服务不清晰明确,没有做过使用,为保证眼科手术的正常开展,根据中华人民共和国政府采购法实施条例第74号令,同意采用单一来源采购方式进行。
专家签字:	张峰, 日期:

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 陈文锦	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院飞秒屈光手术系统拆机、安装及校准服务采购项目	
	供应商名称: 卡尔蔡司(上海)管理有限公司.	
专业人员论证意见	采购人新疆医科大学第一附属医院拟对飞秒屈光手术系统进行拆机、安装及校准工作。飞秒屈光手术系统属高精尖医疗设备,主要用于眼科治疗手术。因技术专利保护,对该设备进行拆机、搬机、安装、校准等工作需由该厂商培训并授权专业工程师进行,并需使用专用工具,校准时还需提供原厂授权码,非原厂技术服务无法保证设备后期正常使用。根据政府采购法第24条及财政74号令《非招标采购方式采购管理办法》相关规定,同意采取单一来源方式采购。	
专家签字:	陈文锦	日期: