

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 郑杰,	
	职称: 高工	
	工作单位: 退休	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院血液(病)中心流式细胞分析仪维修配件采购项目	
	供应商名称: 新疆禹孚生物技术股份有限公司	
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院拟采购的流式细胞分析仪维修配件属于血液病中心现有的BD牌FACSdiva流式细胞仪更换配件, 为宝岛配件维修配件。 采购要求该配件具有原厂维修授权, 工作经验丰富, 厂家培训合格的服务资质, 同时要求供应商必须能够提供原厂配件, 且提供合法来源证明, 材料经前期调研, 目前仅设备生产厂家"碧迪医疗器械(中国)有限公司"授权"新疆禹孚生物技术股份有限公司"提供原厂配件和提供更换及技术服务, 鉴于该配件属于政府采购办法二十一条规定的货物, 且该配件为特定品牌, 项目采用单一来源的方式进行采购。	
专家签字:	郑杰,	日期: 2025.7.7

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 王树娟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市社会保险局	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院血液(病)中心流式细胞分析仪维修配件采购项目	
	供应商名称: 新疆禹孚生物技术股份有限公司	
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院本次拟采购的血液病中心流式细胞分析仪维修配件包括流动室、光电倍增管是该院现有迈迪尔Calibur流式细胞仪配套使用的配件。需要全部原厂配件,及原厂授权操作人员2名。维修装置调试,确保原设备正常使用。该项目仅有原厂厂家能够直接提供流动室、光电倍增管配件,无法从第三方渠道获取原厂配件。项目具有唯一性。鉴于以上原因,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部令第24号的相关规定,同意该项目采用单一来源的方式从原厂设备生产厂家唯一授权的新疆禹孚生物技术股份有限公司采购。	
专家签字:	王树娟	日期: 2015.7.7

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 张峰
	职称: 副主任医师
	工作单位: 武警医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院血液(病)中心流式细胞分析仪维修配件采购项目
	供应商名称: 新疆禹孚生物技术股份有限公司
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院血液病中心拟采购流式细胞分析仪维修及配件采购, 由于科室开展此项检测工作现有机器为BD牌FACScalibur机型, 本次采购的维修配件与配件要求更换流动室及光电倍增管配件, 其中碳杯检测室尺寸有国家标准, 流动室由石英加不锈钢组成, 光电倍增管由玻璃加光电倍增管组成, 接受光谱波长范围400-700nm, 维修厂家和原厂配件及专利保护等因素影响, 目前仅有原厂配件可满足机型的使用维修要求, 因此从唯一供应商处采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条规定, 本项目单一来源采购。
专家签字:	张峰 日期: 2023.7.7

新疆医科大学第一附属医院血液（病）中心流式细胞分析仪维修配件采购项目

项目单位	新疆医科大学第一附属医院		
采购内容	血液（病）中心流式细胞分析仪维修配件		
论证时间	2021.7.7		
论证地点	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室		
序号	专家姓名	工作单位	联系电话
1	王树刚	乌鲁木齐市社会保险局副调研员	18999907331
2	张 彦	新疆维吾尔自治区公安厅副厅长	18999223016
3	关 杰	退休	18034881011