


专家签名表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1	董双	解放军总医院	主任医师	13579871918
2	许政	乌鲁木齐市友谊医院	副主任医师	13579885966
3	王忠明	解放军总医院	主任医师	13999919071

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 许政	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第五附属医院血流动力学模块采购项目	
	供应商名称: 乌鲁木齐市博翔实业有限公司	
专业人员论证意见	经了解, 医院申请血流动力学模块配置, 该模块为心血管中心、重症医学科工作的重要组成部分, 要求必须与医院现在用的监护仪匹配兼容, 具有CO相关参数报警设置; 采用微创连续监测技术, 无需穿刺动脉导管, 将经肺热稀释法和动脉搏动曲线分析法结合在一起。连续心输出量PiCO, 肺容量SV, 左心舒张末期容量EV, 胸腔内血容量TTBV等。考虑到上述多个重要参数和技术指标都要与现有设备兼容和匹配, 只能选择与之兼容的血流动力学模块, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令的有关规定, 同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 薛双
	职称: 工程师
	工作单位: 阿克苏地区中医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第五附属医院血流动力学模块采购项目
	供应商名称: 乌鲁木齐市博翔实业有限公司
专业人员论证意见	该项目为阿克苏地区中医院血流动力学模块,是医院原有设备上的配件,是急救急需血流状况检测、监测、评估的重要设备,为急救治疗的依据。由于各医院的设计制造不同,配件规格不同,相互不能通用,其他渠道无法获取。为满足临床需求,依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》,同意采取单一来源方式采购与急救设备相匹配的急救设备管理系统的配件。本项目——血流动力学模块。
专业人员签字	薛双 日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第五附属医院血流动力学模块采购项目	
	供应商名称: 乌鲁木齐市博翔实业有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购的血流动力学模块,是与该院心脏中心重症医学科原有的监护仪配套使用的专用模块。由于原监护仪生产厂家知识产权及技术保护措施,其他第三方的模块不能与原监护仪配套通用,也无替代品,具有唯一性。乌鲁木齐市博翔实业有限公司为独家授权代理商。根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王忠明	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

王忠明