

论证专家签到表

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目

序号	姓名	职务	所在单位	电话	备注
1	李兰	主任医师	自治区疾控中心	13999205720	
2	李红叶	主任医师	新疆疾控中心	13609979511	
3	黄玲	研究员	新疆出入境检验检疫局技术中心	13609920011	
4					
5					

论证地点：乌鲁木齐林森国际（克拉玛依西街364号）16楼

论证时间：2025年6月11日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>李红叶</u>	
	职称： <u>主任技师</u>	
	工作单位： <u>县疾控中心</u>	
项目信息	项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目	
	标项名称：唐氏综合症筛查	
	供应商名称：乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u>	
	拟采购的唐氏综合症筛查甲胎蛋白/游离hCGβ亚基双标测定试剂盒(时间分辨荧光法)、游离雌三醇测定试剂盒(时间分辨荧光法)，要求与医院现有的芬兰Wallac Oy 1420 Victor D,美国PE的荧光免疫分析仪配套使用，是专用。具有唯一性，无其他第三产品可替代，为保证检测工作质量，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条和74号令相关规定。同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	<u>李红叶</u>	日期 <u>2025年 6月 11 日</u>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>易玲</u>	
	职称: <u>研究员</u>	
	工作单位: <u>新疆出入境检验检疫技术中心</u>	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目 标项名称: 唐氏综合症筛查	
	供应商名称: 乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	
	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该医院现有芬兰 (Wallaco Y1420 Victor D. 美国 PE 荧光免疫分析仪, 为保证检测工作的连续性, 检测结果的准确性, 专机专用。市场上其他产品无法配套使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条及财政部74号令相关规定, 同意从乌鲁木齐津东昇商贸有限公司中采购妇产科试剂项目。	
专业人员签字	<u>易玲</u>	日期 <u>2020</u> 年 <u>6</u> 月 <u>11</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李元兰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 自治区妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目	
	标项名称: 唐氏综合症筛查	
	供应商名称: 乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该医院采购的唐氏综合症筛查, 按照医院现使用的芬兰 Wallac Oy 1420 Victor D, 美国 PE 的莫别克疫苗分析仪 Victor 1420. 相匹配, 配套使用。由于该产品的结构技术的独特性, 和知识产权的保护措施, 具有唯一性, 是医院专用。第三方产品无法替代。经乌鲁木齐津东昇商贸有限公司是唯一经销商。依据《政府采购法》第二十一条第一款和《实施条例》第三十一条第一款的相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李元兰	日期 2025年 6月 11 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 李红叶	
	职称： 主任技师	
	工作单位： 互助县疾控中心	
项目信息	项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目	
	标项名称：抗缪勒管激素测定	
	供应商名称：新创天（甘肃）生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 拟采购的抗缪勒管激素测定试剂盒及非定值质控品要求与现在医院使用的亚辉龙iflash-3000设备配套使用，属专机专用，具有唯一性，无其他产品可替代，为保证检测质量，根据《政府采购法》第三十一条和74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。	
	专业人员签字 李红叶	日期2025年 6 月 11 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>黄玲</u>	
	职称: <u>研究员</u>	
	工作单位: <u>新疆出入境检验检疫局技术中心</u>	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目	
	标项名称: 抗缪勒管激素测定	
	供应商名称: 新创天(甘肃)生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院因工作需要需采购抗缪勒管激素测定试剂, 目前医院现有亚辉龙(Flash-3000)检测设备, 为保证检测工作的连续性, 检测结果准确性, 专用专用。目前市场上其他产品无法配套使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第十七条, 及财政部74号令相关规定, 同意从新创天(甘肃)生物科技有限公司采购抗缪勒管激素测定试剂。	
专业人员签字	<u>黄玲</u>	日期 <u>2025年6月4日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李玉兰	
	职称:	主任医师	
	工作单位:	自治区妇幼保健院	
项目信息	项目名称:	新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产试剂采购项目	
	标项名称:	抗缪勒管激素测定	
	供应商名称:	新创天(甘肃)生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的抗缪勒管激素测定,要求试剂与医院现使用的亚光生化分析仪lasc-3000机型相匹配,配套使用。由于该产品的结构技术能保障试剂知识,多权的保护措施具有唯一性,是专用试剂,第三方产品无法替代。新创天(甘肃)生物科技有限公司是唯一经销商。依据“政府采购法”第二十一条第一款和74号定的相关规定,同意采用单一来源方式进行采购		
专业人员签字	李玉兰	日期	2025年 6月11 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。