

论证专家签到表

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目

序号	姓名	职务	所在单位	电话	备注
1	李健	副主任医师	驱药品仪器研究所	1399912927	
2	郭得宁	副主任医师	武警新疆总队医院	18999223158	
3	陈豪	副主任医师	乌鲁木齐市第一人民医院	13369648050	
4					
5					

论证地点：乌鲁木齐林森国际（克拉玛依西街364号）16楼

论证时间：2025年6月30日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李俊	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 军区药品仪器检验所	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心 国产试剂采购项目	
	标项名称: 麻疹病毒抗体检测	
	供应商名称: 河南双哲医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医院临床检验中心开展麻疹病毒抗体检测, 采用雅培M600抗原仪, 胶体金方法学, 标本量$\leq 50\mu\text{L}$, 阴阳参考品符合率$>90\%$, 分析特异性高, 不存在Hook效应, 需使用麻疹病毒抗体IgM、IgG检测试剂盒, 才能完成检测流程, 获取准确可靠检测数据, 其品牌同是检测试剂盒无法在该机上使用, 无法获取检测数据。因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、74号及《政府采购货物招标投标法》相关规定, 对该采购项目进行采购。	
专业人员签字	李俊	日期: 2025年6月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 郑得宁	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 武警新疆总队医院	
项目信息	项目名称： 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心 国产试剂采购项目	
	标项名称： 麻疹病毒抗体检测	
	供应商名称： 河南双哲医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 拟采购的麻疹病毒抗体检测项目，是与医院原有设备雅睿M6000扩增仪配套使用，其他厂家试剂无法在医院原有设备上使用，属于唯一厂家生产，不是投放，目前河南双哲医疗器械有限公司为唯一代理商；根据法律依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，74号令《政府采购非招标采购方式采购》关于单一来源采购的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。	
	专业人员签字 郑得宁	日期 2025年 6月 30日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈豪	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心 国产试剂采购项目	
	标项名称: 麻疹病毒抗体检测	
	供应商名称: 河南双哲医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u>	
	临床检验中心开展麻疹病毒抗体检测。麻疹病毒抗体IgM检测试剂盒符合率$\geq 90\%$。分析特异性高。浓度高。阳性。阳性样本对检测结果无干扰。检测高浓度样本时不存在Hook效应。麻疹病毒抗体IgG检测试剂盒符合率$\geq 90\%$。高浓度高阳性。阳性。阳性样本对检测结果无干扰。雅培M6000扩增仪可以完成检测流程。数据准确。其他品牌检测试剂盒在机上完成检测。因此根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条。74号/44号。政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定。同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	陈豪	日期 2025年 6月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 军区药品仪器检验所	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心 国产试剂采购项目	
	标项名称: 麻疹/风疹病毒核酸检测	
	供应商名称: 新疆惠恩康生物技术有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医院临床检验中心开展麻疹/风疹病毒核酸检测, 使用机型为迈克M600折+增强型荧光PCR仪。检测通道为Fam.Vic.Rox。检测下限麻疹≤ 100 CPSU/ml, 风疹≤ 20 CPSU/ml。灵敏度$\leq 5\%$。检测特异性好, 开展检测。需使用迈克麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒, 才能完成检测流程, 获得准确可靠数据, 其他品牌同类检测试剂盒无法在该机上使用, 无法采集数据。因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十条、《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意单一来源采购方式进行。	
专业人员签字	李斌	日期 2015 年 6 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑得宁	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 武警新疆总队医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心 国产试剂采购项目	
	标项名称: 麻疹/风疹病毒核酸检测	
	供应商名称: 新疆惠恩康生物技术有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从 唯一供应商处采购的理由)	
	拟采购的麻疹/风疹病毒核酸检测项目,要求用于体外定性检测。因试剂中麻疹病毒和风疹病毒检测,使用的荧光检测通道分别为Fam、Vic、Rox;与雅睿M6000扩增仪配套使用,其他厂家试剂无法在医院原有设备使用,属于唯一厂家生产,不是投放;根据法律依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购办法》关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	郑得宁	日期 2015年6月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈高	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市中心人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心	
	国产试剂采购项目	
	标项名称: 麻疹/风疹病毒核酸检测	
	供应商名称: 新疆惠恩康生物技术有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医院临床检验中心开展麻疹/风疹病毒核酸检测试剂PCR法, 且使用的荧光检测试剂分别T-am, Vic, Rox, 试剂的灵敏度$\geq 10^4$ TCID₅₀/ml 风疹病毒灵敏度≥ 20 TCID₅₀/ml 检测精度参考品的变异系数$< 5\%$, 试剂盒没有利用受试者工作曲线(ROC)验证本试剂盒的麻疹病毒临界Ct值, 试剂盒用于2提取组分及磁珠法提取试剂, 雅睿M6000扩增仪可以完成试剂盒的扩增, 试剂盒检测数据其他品牌检测试剂盒检测数据在中心是完成检测及检测数据, 因此根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	陈高	日期 2025年6月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。