

论证专家签到表

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目（霉菌抗原）

序号	姓名	职务	所在单位	电话	备注
1	李俊	副主任医师	药品仪器物检所	1399972927	
2	郭得兴	副主任医师	新疆维吾尔自治区人民医院	1899923158	
3	陈静	副主任医师	乌鲁木齐市第一人民医院	13369648050	
4					
5					

论证地点：乌鲁木齐林森国际（克拉玛依西街364号）16楼

论证时间：2024年 6 月 30日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 军区药品仪器研究所	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目(霉菌抗原)	
	供应商名称: 国药控股新疆医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医院临床检验中心全自动发光酶免分析仪(FACIS-1)采用化学发光法, 检测量$\leq 300\mu\text{L}$, 最低检测限$\leq 0.5\text{ng/ml}$, 测试时间$\leq 40\text{min}$, 特异性好, 在开展霉菌抗原检测时, 需使用西查霉菌半乳甘露聚糖试剂盒, 该试剂盒为霉菌多糖抗原检测试剂盒, 可以完成检测流程, 获取检测数据。其他品牌检测试剂盒无法在该机上完成检测, 无法获取检测数据。同时, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 符合下列情形之一的, 可以采用单一来源方式采购: 只能从唯一供应商处采购。	
专业人员签字	李斌	日期: 2015年 6月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑得忠	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 武警新疆总队医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目(霉菌抗原)	
	供应商名称: 国药控股新疆医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	拟采购的霉菌抗原检测项目,是与医院原有设备 FACIS-1 全自动发光酶免分析仪配套使用,其他厂家试剂无法在医院原有设备上使用,属于唯一厂家生产,不是投放,目前国药控股新疆医疗器械有限公司为唯一代理商;根据法律依据《中华人民共和国政府采购法》第31条、74号令《政府采购非招标采购方式采购》关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	郑得忠	日期 2025年 6月30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈嘉	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目(霉菌抗原)	
	供应商名称: 国药控股新疆医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医院临床检验中心开展霉菌抗原检测。由霉菌半定量检测。要求化学发光法。最小样品量300ul。最低检测限0.5ng/ml。反应时间40min。待显色。与标准曲线没有明显的交叉反应。检测标本血清。原液混液。该霉菌抗原检测试剂盒50ul分装。方法符合金法。FACIS-I全自动荧光免疫分析仪。可以实时检测流程。获取检测数据。其他品牌检测试剂盒。无法在机上实时检测及检测数据。因此根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条。74号令《政府采购货物招标投标法》相关规定。同意采用单一来源方式进口采购。	
专业人员签字	陈嘉	日期 2015年 6月30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。