

新疆维吾尔自治区儿童医院危重症新生儿救治中心建设项目设备购置项目--双有创压力模块

单一来源论证专家签到表

时间：2025 年 月 日

序号	姓名	身份证号	联系电话	工作单位	职称或资格
1	李建设	6531221968101207210	13999172927	军区药品器械研究所	副主任医师
2	马玲	650103196804209006	18979128977	新疆维吾尔自治区人民医院	主任医师
3	马玲	650103198804063237	18509915706	自治区第三人民医院	工程师

本人声明：

一、本人熟悉该类论证项目，与采购代理机构、采购单位没有利益关系；

二、本人具有中级以上专业技术职称或新疆维吾尔自治区政府采购评审专家资格，或属于具有特殊行业突出专业特长，熟悉产品情况的专业人员；

三、本人愿意以独立身份参加政府项目论证工作，并接受财政部门、监察部门的监督管理；

四、本人承诺认真、公正、诚实、廉洁地履行论证职责，如出具论证意见，承担不实论证意见的相关法律责任；

五、本人没有违纪违法等不良记录。

专家签字： 李建设 马玲 马玲

日期：

论 证 专 家 填 写 栏

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李建
	职称: 副主任医师
	工作单位: 军区药品仪器检验所
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区儿童医院危重症新生儿救治中心建设项目设备购置项目--双有创压力模块
	供应商名称: 新疆优锐腾商贸有限公司
专业人员论证意见	医院现有监护仪(飞利浦MX500.MP30)支持多种连接选项,建立完善电子病历,取数率高,是先进的决策支持工具.现因抢救和监护危重症新生儿工作需要,增加双有创压力模块,测压范围-40至360mmHg,提供每搏压力变异(CPV)实时显示,肺动脉楔压(CPAP),腔内压(ICP)等.因为接口线,工作电压,模块尺寸等各不相同,不同生产厂家的监护模块不能替代,必须原厂配套双有创压力模块,因此,根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条,符合《政府采购法实施条例》规定,同意采用单一来源采购。
专业人员签字	李建 日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王振岭	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 武警总医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区儿童医院危重症新生儿救治中心建设项目设备购置项目--双有创压力模块	
	供应商名称: 新疆优锐腾商贸有限公司	
专业人员论证意见	该院拟购置的双有创压力模块, 是该院原、主创配套使用, 由于该机使用有创压力模块, 压力范围: $-40 \sim 360 \text{ mmHg}$, 是提供新生儿变异 (PPV) 实时显示, 并提供新生儿肺压 (Paw), 压力报警, 此参数 (模块) 是该院内现有监护仪, 因为接口方式, 电压, 模块尺寸均各不相同, 不同品牌监护模块不能替代, 必须与原机配套双有创压力模块, 具有唯一性, 根据《政府采购法》第三十一条第一款和《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十六条政策规定, 属于单一来源采购的, 因此采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王振岭	日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>孙金龙</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>自治区第二人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区儿童医院危重症新生儿救治中心建设项目设备购置项目--双有创压力模块	
	供应商名称: 新疆优锐腾商贸有限公司	
专业人员论证意见	该单位拟采购的双有创压力模块,是适用于该单位现有飞利浦 MX500 和 M P30 监护仪. 由于该监护仪压力测量范围 20 ~ 360 mmHg. 还具有每搏压力变异实时显示. 可提供 PAWP. IAP 压力标名. 其余同类产品无法适配使用. 具有技术的唯一性. 且各生产厂家的设计理念. 工艺. 监测参数均不同. 核心参数具有核心专利与自主知识产权保护. 导致无法匹配. 只能从产品合法授权代理商处获得. 依照《中华人民共和国政府采购法》第二十一条. 74号令《政府非招标采购管理办法》相关规定. 同意采用单一来源方式采购.	
专业人员签字	<u>孙金龙</u>	日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。