

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月11 日

专业人员信息	姓名： 李斌
	职称： 副主任技师
	工作单位： 军区药品仪器检验所
项目信息	项目名称： 血凝分析仪试剂
	供应商名称：
专业人员论证意见： 医院现有血凝分析仪（西门子公司），采用凝固法，灵敏度低，开展临床检验时，需每周送血酶测试剂盒，D-二聚体测试盒，校准品，缓冲液等试剂耗材，才能完成检测流程，获得准确可信检测结果。其他品牌检测试剂盒耗材在该机上无法完成检测流程，无法获得检测数据，因此根据《中华人民共和国政府采购法》第21条、74号令《政府采购的招标投标管理办法》相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。 专家签字： 李斌 日期：2025.5.11	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：张俊峰
	职称：高级工程师
	工作单位：自治区人民医院
项目信息	项目名称：血凝分析仪试剂
	供应商名称：
专业人员论证意见： 采购人拟购置血凝分析仪（西门子医学诊断）配套试剂。该机型采用化学方法为凝固法，需配套使用校准品、纤维蛋白测定、DuoMS 巴比妥缓冲液、D-二聚体测定液等相关配套试剂才能开展正常检验工作。因该仪器力保护知识产权及专利技术等因素，只能使用原厂配套封闭试剂，无法使用开放通用试剂。根据政府采购法第 31 条及 74 号令《政府采购非招标采购管理办法》相关规定，同意采取单一来源方式进行采购。 专家签字：张俊峰 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：武贵强
	职称：高级实验师
	工作单位：退休
项目信息	项目名称：凝血分析仪试剂
	供应商名称：
专业人员论证意见： 该院现有凝血分析仪（西门子医学诊断）采用凝固法，灵敏度高在开展临床检测时，需采用凝固法凝血酶原试剂盒、纤维蛋白原试剂盒、D-二聚体试剂盒、凝血质控品、校准品、缓冲液与试剂耗材，能够取得准确可靠的数据。其它品牌的试剂耗材在该机上无法完成检测流程，无法获得满意的结果。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第31条、74号令《政府采购非招标采购办法》的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。 专家签字：武贵强 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。