

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：李健
	职称：副主任医师
	工作单位：军区总医院检验科
项目信息	项目名称：生化试剂
	供应商名称：新强斯灵都旭商贸有限公司

专业人员论证意见：

医院现有生化分析仪（型号LS1008a），在开展临床生化项目检测时，需使用配套气敏电极钠电极Na，氯电极Cl，灯泡等耗材，才能顺利完成检测流程，获取检测数据，其品牌与配套电极灯泡无法在该机上使用，无法获得数据，因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，74号令《政府采购货物招标投标管理办法》相关规定，同意采用单一来源采购。

专家签字：李健

日期：2025.5.19

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名： 张文峰
	职称： 高级工程师
	工作单位： 自治区人民医院
项目信息	项目名称： 生化试剂
	供应商名称： 新疆新灵都商贸有限公司
专业人员论证意见： 采购人现有生化分析仪（日立LSJ008d）该设备开展检验项目需配置使用K、Na、Cl电极及专用数字耗材、灯泡等，该机型采取老机专用耗材方式，市场其它品牌耗材、灯泡无法与现有生化分析仪配置使用，只能使用原厂配套耗材，根据中华人民共和国政府采购法第三十一条及74号令《政府采购非招标采购管理办法》相关规定，同意采取单一来源方式进行采购 专家签字： 张文峰 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 05 月 19 日

专业人员信息	姓名：武贵强
	职称：高级实验师
	工作单位：退休
项目信息	项目名称：生化试剂
	供应商名称：新疆新灵都商贸有限公司
专业人员论证意见： 该院拟采购钾电极K、钠电极、氯电极及LSI系列专用灯泡，在开展临床生化项目检测时，需使用配套电极。经我院使用完成检测流程，取得检测数据，其他品牌同类电极无法在该机上使用，无法获得数据，根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定。 同意采用单一来源方式进行采购 专家签字：武贵强 日期：2025.5.19	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。