

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李斌	
	职称：副主任医师	
	工作单位：自治区药品医疗器械检验所	
项目信息	项目名称：消化科胃镜室一次性使用氩气电极耗材	
	采购预算：13万元	
	供应商名称：国药控股新疆新特参茸药业有限公司	
专业人员论证意见	医院拟有氩气高频电刀(金山),用于手术对人体组织进行切割和凝血,配合内镜使用.利用氩气电极来进行止血.治疗等.在开展手术时,一次使用氩气电极前端向组织喷射,电极由氩气喷管接口,外管.导线和电极头组成.与氩气高频电刀输出线连接,因不同品牌喷管接口尺寸.连接线各不相同.工作电压,频率也有差异,不同品牌氩气电极不能取接使用.只能使用所配氩气电极才能取接完成手术.即.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购办法》相关规定,同意采用单一来源方式进行采购	
专业人员签字	李斌	日期 2025年6月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王清	
	职称:	高级工程师	
	工作单位:	新医大六附院	
项目信息	项目名称:	消化科胃镜室一次性使用氩气电极耗材	
	采购预算:	13万元	
	供应商名称:	国药控股新疆新特参茸药业有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购氩气刀电极耗材。目前医院使用的氩气刀是金山科技是配套专用电极。其他厂家的电极无法匹配使用。该电极用于在治疗过程中电凝、电切、电灼病变组织。根据《政府采购法》第31条相关规定，同意采用单一来源方式，从授权经销商处采购。		
专业人员签字	王清		日期 2015年06月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王松岭	
	职称：主管医师	
	工作单位：新疆总医院	
项目信息	项目名称：消化科胃镜室一次性使用氩气电极耗材	
	采购预算：13万元	
	供应商名称：国药控股新疆新特参茸药业有限公司	
专业人员论证意见	该耗材系用于消化科胃镜室一次性使用氩气电极耗材，主要由氩气喷管、导管、导线、电极头等部分组成。该产品符合国家标准，且经临床使用，目前该院使用该产品。该产品是金铂材质，是配套使用电极，其他厂家的电极无法匹配使用。该产品用于在手术过程中电凝、电灼、电切等操作，该产品无第三方替代，具有唯一性。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十一条第一款和《中华人民共和国政府采购法》第四十九条，符合单一来源采购方式，建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	王松岭	日期 2025年06月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

