

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李健	
	职称：副主任医师	
	工作单位：鄂区药品仪器检验所	
项目信息	项目名称：多波段光谱治疗仪	
	采购预算：13.8万元	
	供应商名称：乌鲁木齐盛远志商贸有限公司	
专业人员论证意见	医院用于预防和治癒原发性骨质疏松症，及引发的腰背痛或周身骨疼痛需购多波段光谱治疗仪。采用紫外、红外光、红光三种光源，通过调整峰值波长，辐射强度，照射皮肤等参数进行针对性治疗。峰值波长30nm、630nm、940nm，辐射强度>1200mW。促进人体内分泌维生素D3生成和钙磷的吸收，提高骨密度和骨质量。目前国内通过国家药品监督管理局注册的同类产品只有河北奥特维力医药装备有限公司的产品ATWL104。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条74条《政府采购非招标采购办法》相关规定，同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李健	日期 2025年6月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 王清	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 新疆大学附院	
项目信息	项目名称：多波段光谱治疗仪	
	采购预算：13.8万元	
	供应商名称：乌鲁木齐盛远志商贸有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购多波段光谱治疗仪， 经市场调研，目前国内取得医疗器械注册证的生产厂家只有河北奥特维力医疗器械公司。该公司的产品采用LED半导体光源，综合UVB（305-315nm窄谱中波紫外线）、630nm可见光及940nm远红外光。根据《政府采购法》第31条相关规定，同意采用单一来源方式从授权经销商处采购。	
专业人员签字	王清	日期2015年6月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：马树全	
	职称：主管护师	
	工作单位：武警总医院	
项目信息	项目名称：多波段光谱治疗仪	
	采购预算：13.8万元	
	供应商名称：乌鲁木齐盛远志商贸有限公司	
专业人员论证意见	该医院采购的多波段光谱治疗仪，主要用于预防和治疗皮肤过敏性皮损，经临床多年应用，疗效确切，安全可靠。该产品的技术参数如下：光谱范围：310nm 紫外线，630nm 红光，980nm 红外线。紫外光源：辐照强度 100 uW/cm²±20%。红外光源：辐照强度 100 uW/cm²±20%。该产品的技术参数符合国家标准，且具有良好的稳定性和耐用性。该产品为我院皮肤科治疗过敏性皮损的首选设备，具有不可替代性。该产品为我院皮肤科治疗过敏性皮损的首选设备，具有不可替代性。该产品为我院皮肤科治疗过敏性皮损的首选设备，具有不可替代性。	
专业人员签字	马树全	日期 2025 年 6 月 13 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

