

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	昌吉市人民医院
拟采购产品名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂
拟采购产品金额	16.55万元
采购项目所属项目名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂项目
采购项目所属项目金额	16.55万元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☐ 3、其他	
原因阐述：昌吉市人民医院是一家集医疗、教学、科研等工作任务为一体的综合性二级甲等医院，我院在用VITEKE 2 SYSTEM全自动药敏鉴定分析仪厂家为：bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司。产品型号为：革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP） 革兰氏阴性细菌鉴定卡（GN） 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N334 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N335 革兰氏阳性细菌药敏卡片GP67 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -P639 肺炎链球菌药敏卡片，据市场调研目前只有bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司厂家生产的试剂才可以配套使用，此试剂为进口产品，主要用于微生物学领域的疾病诊断，可以辅助判断由细菌等微生物引起的感染性疾病。通过快速、准确地鉴定微生物种类并进行药敏试验，为临床医生提供关于病原体的关键信息，从而指导抗生素的合理应用，提高临床疗效。	
三、专家论证意见	
VITEKE 2 SYSTEM 全自动药敏鉴定分析仪，厂家为：bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司，产品型号为：革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP） 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N334 等，必须配套使用，同属原装进口产品，用于微生物学专业的疾病诊断，准确快速进行药敏试验，从而指导抗生素的合理应用。 专家签名： 王会明	



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	昌吉市人民医院
拟采购产品名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂
拟采购产品金额	16.55万元
采购项目所属项目名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂项目
采购项目所属项目金额	16.55万元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☐ 3、其他	
原因阐述：昌吉市人民医院是一家集医疗、教学、科研等工作任务为一体的综合性二级甲等医院，我院在用VITEKE 2 SYSTEM全自动药敏鉴定分析仪厂家为：bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司。产品型号为：革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP） 革兰氏阴性细菌鉴定卡（GN） 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N334 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N335 革兰氏阳性细菌药敏卡片GP67 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -P639 肺炎链球菌药敏卡片，据市场调研目前只有bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司厂家生产的试剂才可以配套使用，此试剂为进口产品，主要用于微生物学领域的疾病诊断，可以辅助判断由细菌等微生物引起的感染性疾病。通过快速、准确地鉴定微生物种类并进行药敏试验，为临床医生提供关于病原体的关键信息，从而指导抗生素的合理应用，提高临床疗效。	
三、专家论证意见	
本院现有梅里埃VITEK 2 SYSTEM全自动药敏鉴定仪。 使用配套检测试剂可保证检测精密度和准确性满足临床需要，因此采购进口配套试剂。 专家签名： 	



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	昌吉市人民医院
拟采购产品名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂
拟采购产品金额	16.55万元
采购项目所属项目名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂项目
采购项目所属项目金额	16.55万元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☐ 3、其他	
原因阐述：昌吉市人民医院是一家集医疗、教学、科研等工作任务为一体的综合性二级甲等医院，我院在用VITEKE 2 SYSTEM全自动药敏鉴定分析仪厂家为：bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司。产品型号为：革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP） 革兰氏阴性细菌鉴定卡（GN） 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N334 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N335 革兰氏阳性细菌药敏卡片GP67 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -P639 肺炎链球菌药敏卡片，据市场调研目前只有bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司厂家生产的试剂才可以配套使用，此试剂为进口产品，主要用于微生物学领域的疾病诊断，可以辅助判断由细菌等微生物引起的感染性疾病。通过快速、准确地鉴定微生物种类并进行药敏试验，为临床医生提供关于病原体的关键信息，从而指导抗生素的合理应用，提高临床疗效。	
三、专家论证意见	
本院现有梅里埃VITEK 2 SYSTEM全自动药敏鉴定仪，使用配套检测试剂可保证检测精准度和检测阳性满足临床需要，同意采购进口配套试剂。 专家签名：唐雪峰	



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	昌吉市人民医院
拟采购产品名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂
拟采购产品金额	16.55万元
采购项目所属项目名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂项目
采购项目所属项目金额	16.55万元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☐ 3、其他	
原因阐述： 昌吉市人民医院是一家集医疗、教学、科研等工作任务为一体的综合性二级甲等医院，我院在用VITEKE 2 SYSTEM全自动药敏鉴定分析仪厂家为：bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司。产品型号为：革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP） 革兰氏阴性细菌鉴定卡（GN） 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N334 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N335 革兰氏阳性细菌药敏卡片GP67 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -P639 肺炎链球菌药敏卡片，据市场调研目前只有bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司厂家生产的试剂才可以配套使用，此试剂为进口产品，主要用于微生物学领域的疾病诊断，可以辅助判断由细菌等微生物引起的感染性疾病。通过快速、准确地鉴定微生物种类并进行药敏试验，为临床医生提供关于病原体的关键信息，从而指导抗生素的合理应用，提高临床疗效。	
三、专家论证意见 该院使用的VITEKE2 SYSTEM全自动药敏鉴定分析仪为进口设备，同意使用配套进口试剂，更有利于菌种的鉴定和药敏指导临床应用。 专家签名： 	



政府采购进口产品法律专家论证意见

一、基本情况

申请单位	昌吉市人民医院
拟采购产品名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂
拟采购产品金额	16.55万元
采购项目所属项目名称	革兰氏阴性细菌药敏卡片等7项试剂项目
采购项目所属项目金额	16.55万元

二、申请理由

- ☐ 1、中国境内无法获取
- ☐ 2、无法以合理的商业条件获取
- ☐ 3、其他

原因阐述：昌吉市人民医院是一家集医疗、教学、科研等工作任务为一体的综合性二级甲等医院，我院在用VITEKE 2 SYSTEM全自动药敏鉴定分析仪厂家为：bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司。产品型号为：革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP）

革兰氏阴性细菌鉴定卡（GN）

革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N334

革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -N335

革兰氏阳性细菌药敏卡片GP67

革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST -P639

肺炎链球菌药敏卡片，据市场调研目前只有bioMerieux, Inc. 生物梅里埃美国股份有限公司厂家生产的试剂才可以配套使用，此试剂为进口产品，主要用于微生物学领域的疾病诊断，可以辅助判断由细菌等微生物引起的感染性疾病。通过快速、准确地鉴定微生物种类并进行药敏试验，为临床医生提供关于病原体的关键信息，从而指导抗生素的合理应用，提高临床疗效。

三、专家论证意见

经查，该产品不属于我国《禁止进口货物目录》中的产品，符合相关进口产品法律法规，申请理由成立。

专家签名：张宇彤

