

## 专家签名表

| 序号 | 姓名  | 工作单位      | 职务/职称 | 联系方式        |
|----|-----|-----------|-------|-------------|
| 1  | 姜岩峰 | 自治区第三人民医院 | 高工    | 18999921066 |
| 2  | 火忠  | 自治区人民医院   | 副主任医师 | 13988868880 |
| 3  | 黄锦  | 复国医院中心    | 主任医师  | 13888161311 |

### 单一来源采购方式专业人员论证意见汇总表

|          |                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目信息     | 项目名称：前列腺热蒸汽治疗仪                                                                                                                                                                         |
|          | 供应商名称：波士顿科学公司                                                                                                                                                                          |
| 专业人员论证意见 | <p>用户医院根据临床诊疗需求要求购置前列腺热蒸汽治疗仪采用射频能量将体外水加热成103℃蒸汽注入增生的前列腺组织从而达到治疗的目的。据市场了解，目前只有波士顿科学公司的产品符合用户医院使用要求，该产品具备唯一性。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十条、74号令关于政府采购非招标采购方式管理办法关于单一来源采购的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。</p> |
| 专业人员签字   | 姜岩峰 火忠 黄锦                                                                                                                                                                              |

## 附件

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 郝德                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|          | 职称: 文化医师                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|          | 工作单位: 定国医院中心                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 项目信息     | 项目名称: 前列腺热蒸汽治疗仪                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|          | 供应商名称: 波士顿科学公司                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 专业人员论证意见 | <p>前列腺热蒸汽治疗仪利用103℃蒸汽注入增生的前列腺组织中,与组织接触后立即开始冷却凝结,储存在组织内被释放,导致细胞瞬间死亡。这种组织坏死,通常被人体吸收,达到临床治疗目的。其中的导管为穿刺针,水蒸汽管路,硬管内镜镜头以及冲灌提液密封通道。</p> <p>由于设计与工艺不同,该厂采取知识产权保护和技术保护措施,目前市场无其它品牌可替代,该产品具有唯一性。为保证使用单位工作的正常开展,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定,同意采用单一来源的方式进行采购。</p> |                   |
| 专业人员签字   | 郝德                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日期 2015 年 6 月 5 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 史忠                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|          | 职称: 主任医师                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|          | 工作单位: 自治县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 项目信息     | 项目名称: 前列腺热蒸汽治疗仪                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          | 供应商名称: 波士顿科学公司                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 专业人员论证意见 | <p>用户医院需前列腺热蒸汽治疗仪, 是为了满足临床工作需要, 前列腺热蒸汽治疗仪需用 <math>103^{\circ}\text{C}</math> 蒸汽注入增生之前列腺组织中, 与组织接触后即开始冷却凝结, 储存在组织内被释放, 导致细胞坏死。交联组织逐渐被人体吸收达到临床治疗效果。据了解目前市场上只有波士顿科学公司的产品可以满足用户使用要求, 产品具备唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》相关要求, 根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定, 同意采用单一来源方式以产品的合法授权代理商进行采购。</p> |                   |
| 专业人员签字   | 史忠                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日期 2013 年 6 月 5 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 姜岩峰                                                                                                                                                                                                    |              |
|          | 职称: 高工                                                                                                                                                                                                     |              |
|          | 工作单位: 自治区第三人民医院                                                                                                                                                                                            |              |
| 项目信息     | 项目名称: 前列腺热蒸汽治疗仪                                                                                                                                                                                            |              |
|          | 供应商名称: 波士顿科学公司                                                                                                                                                                                             |              |
| 专业人员论证意见 | <p>用户医院根据临床治疗要求要求购置的前列腺热蒸汽治疗仪使用射频能量将103℃蒸汽注入增生前列腺组织内,破坏增生组织,从而达到治疗的目的。据市场了解,目前市场上只有波士顿科学公司的产品可以满足用户使用要求,产品具备唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令关于政府采购非招标采购方式管理并规定中关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式从产品的合法授权代理商处进行采购。</p> |              |
| 专业人员签字   | 姜岩峰                                                                                                                                                                                                        | 日期 2015年6月5日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。