

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王桂娟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 新疆维吾尔自治区中医医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院消毒供应中心消毒设备维保服务	
	供应商名称: 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目拟采购的是医院消毒供应中心46-5消毒器及HS661灭菌器的维保服务。因该项目维保过程中要使用原厂配件及原厂培训的专业工程师,需要定期对消毒器及灭菌器进行性能验证,同时还需要定期对软件进行升级。目前因厂家知识产权及技术保护等原因,未经原厂或原厂售后授权的其它厂家都无法完成该项目的维保服务。该项目具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及财政部74号令相关规定,同意该项目采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王桂娟	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张义峰	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院消毒供应中心消毒设备维保服务	
	供应商名称: 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 自治区中医医院拟购置消毒供应中心消毒及清洗消毒设备维保服务, 主要针对医院现有6台清洗消毒器、1台HSC617灭菌器6台, 以上设备均为迈柯唯系列产品, 设备的维修及保养工作需由原厂授权并具备资质的专业工程师进行, 设备的接收及软件升级无法由第三方开展, 具有唯一性且维修所需各类配件必须提供原厂配件, 以保证设备正常使用, 根据中华人民共和国政府采购法第三十一条及政府采购法实施条例相关规定, 同意采取单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张义峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张莉	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院消毒供应中心消毒设备维保服务	
	供应商名称: 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 新疆维吾尔自治区中医医院拟向消毒供应中心现使用洁定设备(46-5清洗消毒器、115661灭菌器)的维保服务,要求此项服务中涉及备件、零配件均为原厂全新,具备区域内以上设备常用配件的常规备件储备,可提供设备日常操作及日常维护保养培训服务,保证设备开机率≥95%,每季度提供1次设备维护保养服务,院内每名医护人员技术培训,取得厂家维修授权认可为合格技师,其他人员不具备此服务能力。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,经专家评审符合单一来源采购条件。	
专业人员签字	张莉	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。