

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 张娟	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 武警医院	
项目信息	项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备维保服务采购项目	
	标项简称：外科楼 CT 机维保、外科楼核磁共振维保、体检中心 CT 机维保、数字减影血管造影机（Artis icono Biplane）维保、数字减影血管造影机（Artis zee III ceiling）维保	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由） 新疆维吾尔自治区中医医院拟采购外科楼 CT 机维保、外科楼核磁共振维保、体检中心 CT 机维保、数字减影血管造影机（Artis icono Biplane）维保及数字减影血管造影机（Artis zee III ceiling）维保，以上维保服务均产品均为西门子品牌，维保服务要求提供可供维护更换的原厂配件、备件、线缆等，售后厂家在原材料的选择、设计理念以及知识产权等方面符合国家、行业标准，原厂有效售后服务的其它厂家无法完成对该产品的维保服务，具有唯一性，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，符合下列条件之一的，可以确定单一来源采购方式：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）货物或服务具有专利、专有技术、版权、设计等知识产权的；（三）发生不可预见的紧急情况必须从唯一供应商处采购的；（四）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的；（五）法律法规规定的其他情形。	
专业人员签字	张娟	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张文峰	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备维保服务采购项目 标项简称: 外科楼 CT 机维保、外科楼核磁共振维保、体检中心 CT 机维保、数字减影血管造影机 (Artis icono Biplane) 维保、数字减影血管造影机 (Artis zee III ceiling) 维保	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 自治区中医医院拟购置外科楼CT、数字减影血管机、核磁共振、及体检中心CT机、数字减影血管造影机维保服务,以上设备均为西门子品牌该品牌大型设备的维修保养需由原厂授权并获经培训认证的专业人员进行操作,在维修工作时还需提供授权密码,其他非授权人员无法开展维修保养活动,且为保证配件的质量,获得正品原厂配件,只能由西门子授权处获得,此服务具有唯一性、不可替代性,根据中华人民共和国政府采购法实施条例及财政44号令相关规定,同意采取单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张文峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王松娟	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 新疆维吾尔自治区中医医院设备处	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备维保服务采购项目 标项简称: 外科楼 CT 机维保、外科楼核磁共振维保、体检中心 CT 机维保、数字减影血管造影机 (Artis icono Biplane) 维保、数字减影血管造影机 (Artis zee III ceiling) 维保	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目是医院现有西门子品牌医疗设备维保服务采购项目, 因维保服务内容包含原厂配件维修更换、设备软件升级等, 因设备制造厂和设备板卡及技术支持措施限制, 未经原厂或原厂售后授权的其它厂商无法完全完成本次采购项目的设备维修维保服务。项目具有唯一性, 同时工程师需经原厂专业培训, 确保设备开机率。为予以上原因, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及财库部74号令等关于单一来源采购的相关规定, 同意该项目采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王松娟	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。