

关于石河子市人民医院单一来源采购便隐血质 控品的说明

医院使用的沃文特自动粪便处理分析系统，目前市面同类设备所用的便隐血质控品均为专机专用，无其他品牌可以替代，故采用单一来源方式采购。

特此说明！



石河子市人民医院

2025 年 7 月 4 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张峰
	职称:	主治医师
	工作单位:	石河子大学第一附属医院
项目信息	项目名称:	论文特便隐血质控
	供应商名称:	新疆利康医学物资科技有限公司
专业人员论证意见	使用原装试剂产品大和局地减少因子误差导致的结果误差。试剂的稳定性及结果的准确性难以保证。及验证时。且有新试剂才总代。建议第一手准手则治后持原试剂	
专业人员签字	张峰	日期 2015 年 6 月 26 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李合露	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 石河子绿洲医院	
项目信息	项目名称: 汶文特便隐血质控	
	供应商名称: 新疆利康祥远医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该医院使用的大便分析仪是汶文特粪便分析仪, 仪器内有隐血项目, 隐血质控使用原厂仪器配套质控, 具有良好特异性, 批间差小, 质控后检测的批间差异小, 能够如实反映检测系统真实情况。 建议单一来源采购便隐血-汶文特质控。	
专业人员签字	李合露	日期 2025 年 7 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈志刚	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 石河子大学一附属医院	
项目信息	项目名称: 汉文特变隐血质抗	
	供应商名称: 新疆利康祥远生物科技有限公司	
专业人员论证意见	石河子人民医院用汉文特变质分折仪. 改造项目所用质控品用所产质控品能保证准确性和稳定性及溯源性, 能保证检测的准确性, 建议单一来源采购	
专业人员签字	陈志刚	日期 2025年6月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。