



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨石	
	职称：教授	
	工作单位：长春财经学院	
项目信息	项目名称：公主岭市第三人民医院 CT 维保服务项目	
	供应商名称：华润吉林医药有限公司	
专业人员论证意见	<p>GE Revolution ES 设备搭载创新技术平台，先进探测器，特定工作站及专用软件等其核心技术备件仅 GE 原厂具备，第三方难以掌握维修技术，提供核心备件与关键服务，且非原厂管会致法规风险使设备无证，从服务连续性考量，唯有 GE 原厂维保，方能保障设备持续稳定运行维持临床诊断精准高效。</p> <p>综上，GE Revolution ES 维保服务采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字		日期 2024 年 12 月 18 日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：范亚芹	
	职称：副教授	
	工作单位：吉林大学	
项目信息	项目名称：公主岭市第三人民医院 CT 维保服务项目	
	供应商名称：华润吉林医药有限公司	
专业人员论证 意见	<p style="font-size: 1.2em;">公主岭市第三人民医院 CT 是目前市场上最新的 CT 型号之一，目前只有 GE 厂家能提供维修技术和配件。其它单位在维修和技术人员和配件 (原厂) 等方面不能满足院方 CT 产品的需求。为满足 CT 故障率不下降，设备可靠等方面。建议该项采购单一来源采购方式。以 GE 原厂配件维修权向华润吉林医药有限公司采购。</p>	
专业人员签字		日期 2024 年 12 月 18 日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：贺忠慧	
	职称：研究员	
	工作单位：吉林检验检疫局	
项目信息	项目名称：公主岭市第三人民医院 CT 维保服务项目	
	供应商名称：华润吉林医药有限公司	
专业人员论证意见	<p>公主岭市第三人民医院CT为GE Revolution ES. 为市场上最新的CT型号之一。目前只有GE原厂能够提供维修技术和配件。本单位在以往使用过程中，原厂配件(原厂)来源不能满足院方CT产品的需要。可能导致CT性能下降。安全出现问题(如辐射泄漏)。建议该服务项目由GE吉林省区域授权商华润吉林医药有限公司(原厂)。</p>	
专业人员签字		日期 2024年12月18日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：闫红	
	职称：会计师	
	工作单位：长春市新立城水库管理中心	
项目信息	项目名称：公主岭市第三人民医院 CT 维保服务项目	
	供应商名称：华润吉林医药有限公司	
专业人员论证意见	<p>公主岭市第三人民医院CT维保服务项目，由于该机CT是目前市场上最新“CT型号之一，目前只有GE原厂能够提供维修技术和球管第三方维修公司没有掌握维修该机CT“高端技术，无法提供该机CT相应“大部分核心备件，特别是球管同搜无证据是原厂能提供“基于该设备系统软件服务即PMI, 应能判断与维修台服务原上GE维保服务采购单一来源采购。华润吉林医药有限公司是东北吉林区域的所有医院唯一授权符合政府采购单一来源的采购方式。</p>	
专业人员签字		日期 2024年12月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周秀娟	
	职称：副教授	
	工作单位：长春理工大学	
项目信息	项目名称：公主岭市第三人民医院 CT 维保服务项目	
	供应商名称：华润吉林医药有限公司	
专业人员论证 意见	<p>经专家小组论证，公主岭市第三人民医院CT维保服务项目，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的单一来源采购标准和要求，同时符合相关法律、法规之规定，可以采用单一来源采购方案。</p>	
专业人员签字		日期 2024 年 12 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。