

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 侯派
	职称： 副主任医师
	工作单位： 桦甸市第二人民医院
项目信息	项目名称：桦甸市人民医院西门子 16 排西门子 GONOW 球管采购项目
	供应商名称：黑龙江羽辉科技发展有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目采购的西门子 16 排西门子 GONOW 球管为专用部件，其他品牌型号的球管无法匹配、兼容和替代。属于只能从唯一供应商处采购且使用不可替代的专利、专有技术的情形。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，本次采购符合单一来源采购要求。</p>
专业人员签字	侯派
	日期 2021 年 3 月 4 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 肖利
	职称: 副高
	工作单位: 北京大学
项目信息	项目名称: 桦甸市人民医院西门子 16 排西门子 GONOW 球管采购项目
	供应商名称: 黑龙江羽辉科技发展有限公司
专业人员论证意见	<p>桦甸市人民医院改用的 16 排西门子 GONOW 球管出现设备故障, 确认球管损坏。球管是 CT 的核心部件, 为原厂西门子独有, 其它品牌型号的球管无法与其匹配, 兼容和替代。为保证设备的稳定运行必须在原厂采购。</p> <p>黑龙江羽辉科技发展有限公司是该设备球管的合法授权供应商, 符合采购条件要求, 建议采购黑龙江羽辉科技发展有限公司采购该设备球管。</p>
专业人员签字	肖利
	日期 2015 年 3 月 4 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>黄超</u>
	职称: <u>正高</u>
	工作单位: <u>吉林省疾控中心</u>
项目信息	项目名称: <u>桦甸市人民医院西门子 16 排西门子 GONOW 球管采购项目</u>
	供应商名称: <u>黑龙江羽辉科技发展有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>桦甸市人民医院现用的 16 排西门子 GONOW 现出现设备故障, 确认球管损坏。球管是 CT 的核心部件, 为原厂家独有, 其它品牌型号的球管无法与其匹配, 兼容和替代。为保证设备的稳定运行, 必须在原厂采购。</p> <p>黑龙江羽辉科技发展有限公司是原装球管的合法授权代理商, 符合采购要求。建议在黑龙江羽辉科技发展有限公司采购原装球管。</p>
专业人员签字	<u>黄超</u>
	日期 <u>2015 年 3 月 4 日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。