

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 董超	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 吉林市疾控中心	
项目信息	项目名称: 永吉县人民医院 CT 机管球采购项目	
	供应商名称: 黑龙江羽辉科技发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>永吉县人民医院 CT 球管之 器仲是 CT 设备中最精密的设备 备仲, 西备研备仲, 方能更好地 保证 CT 设备的正常使用. 扫描 图像更加稳定, 诊断更为准确。 因此, 建议采取单一来源方 式完成该项目的采购, 黑龙江羽 辉科技发展有限公司为该设备的 唯一经销商. 这有确证为该项 目的采购单位。</p>	
专业人员签字	董超	日期 2024 年 12 月 11 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王景明
	职称: 高级工程师
	工作单位: 吉林希奥医院
项目信息	项目名称: 永吉县人民医院 CT 机管球采购项目
	供应商名称: 黑龙江羽辉科技发展有限公司
专业人员论证意见	<p>永吉县人民医院 CT 机管球采购项目。CT 机管球是 CT 设备中比较重要且匹配精度高的备件。只有采用原厂零件才能保证 CT 设备正常运行。</p> <p>为了保证设备使用的安全性和稳定性。因原厂零件的稳定性且各品牌 CT 机之间的差异, 互相间的不兼容性, 故需采取单一来源的方式采购 CT 管球备件。</p> <p>因球管公司相对指定代理公司: 黑龙江羽辉科技发展有限公司。</p> <p>综上所述: 由黑龙江羽辉科技发展有限公司独家经营销售, 以单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>王景明</p> <p>日期: 2024年12月11日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈雨
	职称: 中级
	工作单位: 吉林医药学院
项目信息	项目名称: 永吉县人民医院 CT 机管球采购项目
	供应商名称: 黑龙江羽辉科技发展有限公司
专业人员论证意见	<p>CT机管球在CT设备中属于核心技术含量高且配件,为保证设备使用的安全性,和扫描图像稳定性,诊断更准确,经专家论证,建议采用单一来源采购方式采购此管球,黑龙江羽辉科技发展有限公司为西门子厂家在吉林省唯一经销商。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">沈雨</div> <div style="text-align: right;">日期 2024年12月11日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。