



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张岩</u>
	职称: <u>副主任医师</u>
	工作单位: <u>吉林省中医药大学</u>
项目信息	项目名称: <u>辽源市中医院球管采购项目</u>
	供应商名称: <u>吉林省天启昌源商贸有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>CT机 Optima 620 属于最高端无钨断后扫描球管设备, 其结构复杂, 高精度, 辐射剂量防护要求高, 零部件数量多, 更换操作复杂, 且项目设备指标, 非原厂配件无法保证可靠保障, 且GE OPTIMA 620CT的《产品使用说明书》(说明书) 及《产品说明书》(说明书) 的产品结构图及附件清单中明确指出“球管”部件为CT产品的重要组成部分。只有原厂球管才能保证与原厂CT机相匹配, 这样才能使设备运行安全可靠, 保证图像质量。因此, 由该厂球管供应商提供, 备件不更君思, 因此, 由该厂提供。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <u>张岩</u> </div> <div style="text-align: right;"> 日期: <u>2024</u>年<u>2</u>月<u>19</u>日 </div> </div>


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王丽岩
	职称: 主任医师
	工作单位: 吉林省人民医院
项目信息	项目名称: 辽源市中医院球管采购项目
	供应商名称: 吉林省天启昌源商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>GEOPTIMA 620 CT 整机匹配的GZ7M液氮超导轴承(D3887T)球管,由于该设备技术要求高,复杂程度高,硬件方面结构复杂,精度较高,一线管结构独特,辐射剂量防护要求高,零部件质量及更换操作会影响各项性能指标,原厂配备货源必须可靠保障球管不是单独存在的设备,需要达到和CT整机参数匹配,才能保证设备运行安全,满足该产品参数的配件供应面只有吉林省天启昌源商贸有限公司一家,故建议采用单一来源采购。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,符合下列情形之一的货物或者服务可以单一来源采购。</p>
专业人员签字	 王丽岩 日期: 2021年2月9日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李淑奎	
	职称: 副高	
	工作单位: 辽源市传染病医院	
项目信息	项目名称: 辽源市中医院球管采购项目	
	供应商名称: 吉林省天启昌源商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>GE OPTIMA620 CT 球管匹配的 GE7M 液态金属轴承 (D388TT) 球管, 由于该设备属于最高端 X 线断层设备, 结构独特, 高精度, 技术含量高, 非原厂球管无保障, 会影响各项成像指标。要达到和 CT 整机匹配而已, 只有吉林省天启昌源商贸有限公司能满足需求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条只够从唯一供应商处采购的, 采用单一来源方式采购。因此建议单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2025 年 2 月 19 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。