

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 陈亚萍	
	职称： 副高	
	工作单位： 长春市宽城区中医院	
项目信息	项目名称：2025年度梅河口市中心医院医疗设备维保采购项目	
专业人员论证意见	<p>该采购项目是使用内镜主机设备为奥林巴斯290的维修保养项目，其主要配件只有原厂能够生产才能与原设备配套使用，没有副厂替代品。同时该设备的维修保养技术性很高，为了保证设备的平稳运行，避免不必要的故障发生，影响临床使用需求，建议采取以单一来源的方式采购此项目。同时此采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，本项目“只能从唯一供应商处采购”的情形。因此建议采购。</p>	
专业人员签字	陈亚萍	日期 2024年4月24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈爽	
	职称: 副高	
	工作单位: 吉林省肝胆医院	
项目信息	项目名称: 2025 年度梅河口市中心医院医疗设备维保采购项目	
专业人员论证意见	<p>该项目从设备产品结构特性和工作原理上看,与市场上同类产品不通用,唯有原厂的电子胃镜与之匹配,同时设备维保过程中涉及多项专利技术,选择原厂可避免知识产权纠纷。综上,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定,本项目符合“只能从唯一供应商处采购的情况”,因此,建议该项目采取单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	陈爽	日期 2025 年 4 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>马晓娟</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>长春市人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 2025年度梅河口市中心医院医疗设备维保采购项目	
专业人员论证意见	<p>从产品结构特性和工作原理上来说,产品使用的技术与市场同类产品并不通用,其附属的备件由于胃内镜技术要求高,唯有原厂电子胃内镜与主机能匹配使用,同时设备维保过程中涉及多项专利技术,选择原厂可避免产权纠纷,为保证设备正常运转的安全性及时效性,选择原设备厂家进行采购附属配件,才能保证设备正常运行,建议采购方式按单一来源进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>马晓娟</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>4</u> 月 <u>24</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。