

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王清	
	职称: 高工	
	工作单位: 新医大附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院骨动力系统磨头、电动骨组织手术工具采购项目	
	供应商名称: 史赛克(北京)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购骨动力系统磨头, 电动骨组织手术工具, 目前该院使用的是史赛克动力 stryker Instruments 骨动力系统, 本次则买的手术工具是配套骨动力系统使用. 其他厂家的磨头和手术工具无法和史赛克主机系统匹配使用. 根据《政府采购法》第31条相关规定, 同意采用单一来源方式从史赛克(北京)医疗器械有限公司或其授权公司处采购.	
专业人员签字	王清	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱国珍	
	职称: 主管护师	
	工作单位: 乌市中医医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院骨动力系统磨头、电动骨组织手术工具采购项目	
	供应商名称: 史赛克(北京)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院拟采购骨动力系统磨头、电动骨组织手术工具, 目前该院使用的是史赛克动力 Stryker Instruments 骨动力系统。此次拟采购的是配套骨动力系统使用, 产品尖端规格包含 2mm、3mm、4mm 磨头长度可调, 调整范围不少于 5 级, 其他厂家的磨头和手术工具无法和主机系统匹配使用, 根据《政府采购法》第三十一条相关规定, 同意采用单一来源方式从史赛克(北京)医疗器械有限公司或其授权公司处采购。	
专业人员签字	朱国珍	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡文平	
	职称: 正高级工程师	
	工作单位: 医科大学二附院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院骨动力系统磨头、电动骨组织手术工具采购项目	
	供应商名称: 史赛克(北京)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购的骨动力系统磨头, 电动骨组织手术工具用于对人体骨骼进行切割, 钻孔, 扩孔等手术。该产品以磨粒粒径 2mm, 3mm, 4mm 各种规格。磨头长度可调节, 范围不少于 5 级, 并可全齿使用。医院现有的骨动力系统为史赛克(北京)医疗器械有限公司生产, 因该产品的结构设计, 零件功能具有唯一性, 第三方的产品无法与现有的设备进行使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定, 同意医院采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	胡文平	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。