

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱国玲	
	职称: 主管护士	
	工作单位: 乌鲁木齐市第一医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院电切镜手术电极采购项目	
	供应商名称: 新疆皓升医疗有限公司	
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院拟采购电切镜手术电极,该设备主要用于前列腺肥大、增生、前列腺肿瘤及妇科子宫肌瘤息肉等手术,手术电极总长度262mm~264mm,连接杆长度20mm,绝缘管外径2.0mm.该设备是配套电切镜使用,其他品牌的手术电极无法和原设备配套使用,故只能从浙江天松医疗器械股份有限公司采购,根据《政府采购法》第二十一条、24号令《政府采购法实施条例》关于单一来源方式采购的规定,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	朱国玲	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 元松花	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 新疆维吾尔自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院电切镜手术电极采购项目	
	供应商名称: 新疆皓升医疗有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购电切镜手术电极, 主要用于妇科子宫肌瘤、子宫息肉、宫颈息肉、男科前列腺腺体增生等手术技术要求: 电电极总长度: 262-264mm, 电极连接杆长度 230mm, 电极绝缘管外径 2.0mm, 该产品与天松电切镜 (22fr, 26fr) 配套使用, 具有专机专用, 该院是在用 22fr 电切镜 (生产商是浙江天松医疗器械股份有限公司), 供应商是新疆皓升医疗有限公司, 是唯一有授权的, 为保证手术安全, 其他公司不能代替, 根据《政府采购法》第三十一条相关规定, 同意单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	元松花	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	敬爱
	职称:	副主任医师
	工作单位:	兵团医院中心
项目信息	项目名称:	新疆医科大学第一附属医院电切镜手术电极采购项目
	供应商名称:	新疆皓升医疗有限公司
专业人员论证意见	拟采购的电切镜手术电极是该院目前正在使用的天梭电切镜的配套耗材产品(专用),由于设计工艺不同,主机设备生产厂家如设置权和技术保护措施,其它品牌的主机和耗材不能通用,也无替代品,产品具有唯一性。经到拟采购单位皓升医疗有限公司洽谈,为保证使用单位工作的正常开展,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字		日期 年 月 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。