

单一来源论证专家名单

项目名称：新疆医科大学第一附属医院医学美容中心高频手术电极采购项目

专家类别	姓 名	工作单位	职称	联系电话	备注
技术专家	王清	新医大一附院	高工	13999910050	
技术专家	胡永平	医科大学二附院	高工	13199919918	
技术专家	朱国珍	乌鲁木齐市中医医院	主管护师	15299187609	

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱国珍
	职称: 主管护士
	工作单位: 乌鲁木齐市中医医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院医学美容中心高频手术电极采购项目
	供应商名称: 深圳半岛医疗集团股份有限公司
专业人员论证意见	新疆医科大学第一附属医院医学美容中心拟采购高频手术电极, 主要用于外科手术中凝固、电凝和电切使用, 电极长度为 $3.5\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$, $2.0\text{cm} \pm 0.4\text{cm}$ 的两种规格。电极的阻抗 $< 25\Omega$。该手术电极采用了微针射波技术, 配合半岛高频电刀以治疗除皱、痤疮及患者。该材料为专用, 其他厂家无法仿造使用, 根据《政府采购法》第二十一条和相关规定, 同意采用单一来源方式从深圳半岛集团股份有限公司或其他授权公司处采购。
专业人员签字	朱国珍 日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡 永 平		
	职称:	正高级工程师		
	工作单位:	医科大学二附院		
项目信息	项目名称:	新疆医科大学第一附属医院医学美容中心高频手术电极采购项目		
	供应商名称:	深圳半岛医疗集团股份有限公司		
专业人员论证意见		医学美容中心拟采购的高频电针电极主要用于外科整形、中频电凝和电切使用。与原有的高频电针的电极在使用时，线电极长度为3.5cm、$\pm 0.5\text{cm}$、$2.0\text{cm} \pm 0.4\text{cm}$的单针各种规格；电阻阻抗$\leq 2.5\Omega$。现使用的电极均为深圳半岛医疗集团股份有限公司生产。因产品设计结构不同，第三方生产的电极无法与原有的设备匹配使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条、74号令及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，同意医院采用单一来源的方式进行采购。		
专业人员签字		胡永平	日期	年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王清	
	职称: 高工	
	工作单位: 新疆医科大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第一附属医院医学美容中心高频手术电极采购项目	
	供应商名称: 深圳半岛医疗集团股份有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购高频手术电极。目前医院使用的深圳半岛医疗集团股份有限公司的高频电刀仪。该高频手术电极是配套高频电刀仪使用。属于专机专用耗材。其他厂家的手术电极无法和原主机配套使用。根据《政府采购法》第31条相关规定, 同意采用单一来源方式从深圳半岛医疗集团公司处或其授权公司处采购。	
专业人员签字	王清	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。