

政府采购专家论证意见

(单一来源采购)

项目基本情况	采购单位	德清县第三人民医院			
	联系人	沈兴良	联系电话	0572-8441120	
	项目名称	奥林巴斯电子腹腔镜			
	采购预算金额	40 万			
	单一来源供应商	杭州中炘煌程医疗设备有限公司			
	供应商地址	杭州市拱墅区凤起商务大厦 1601 室			
	项目概况	该项目为现有奥林巴斯电子内窥镜系统设备的增配项目。因医院腹腔镜手术的开展需求，现拟增加采购电子腹腔镜一根，以便科室提高诊治水平，更好满足患者要求。			
申请单位意见	申请理由： ☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； ☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同金额百分之十。 原因阐述： 1、德清县第三人民医院此次采购的电子腹腔镜用于该院已有的奥林巴斯 S190 电子内窥镜主机系统；其它产品电子腹腔镜均不能与主机配套使用。 2、由于技术上的限制，目前市场上仅有奥林巴斯生产的电子腹腔镜可以满足与已有奥林巴斯 S190 电子内窥镜主机系统兼容要求；如购买电子内窥镜系统，则实际成本远超一根镜子。 3、综合上述，杭州中炘煌程医疗设备有限公司是奥林巴斯在医院所在区域内唯一的合法区域授权代理商，日本奥林巴斯内窥镜实行区域代理销售，只能从本区域代理商处购买。上述情况符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款，只能从唯一供应商处采购。故申请单一来源采购。 年 月 日				
	意见概述（可另附纸）：				
专家论证意见	专家信息				
	序号	姓名（签名）	职称	工作单位	联系电话
	1	徐兴良	主任医师	浙江省立医院	13575477356
	2	徐兴良	主任医师	杭州市中医院	1360058098
	3	徐兴良	主任医师	杭州市人民医院	1357108575


专家论证意见表

组织机构：杭州中易招标代理有限公司

项目名称	德清县第三人民医院奥林巴斯电子腹腔镜			
审查内容	采购方式是否合理。			
专家 论证 意见	拟采购的电子腹腔镜，需与医院方之奥林巴斯机匹配等，才能正常运用。建议允许采用单一来源采购方式从杭州中研煌捷医疗器械有限公司处采购。			
专家 信息	姓名	工作单位	职称	联系电话
	陈亮	浙江省之江医院	主任	13575477356
专家 签字	陈亮			

专家论证意见表

组织机构：杭州中易招标代理有限公司

项目名称	德清县第三人民医院奥林巴斯电子腹腔镜			
审查内容	采购方式是否合理。			
专家 论证 意见	采购方拟采购电子腹腔镜需与 医院已有的奥林巴斯S190电子内镜 主机系统配套使用，其它产品电子腹 腔镜无法与主机系统兼容，建议 采用单一来源方式采购。拟定供应商 杭州中昕煌程医疗设备有限公司。			
专家 信息	姓名	工作单位	职称	联系电话
	徐丽华	杭州市中医院	主管药师	(36005185)8
专家 签字				

专家论证意见表

组织机构：杭州中易招标代理有限公司

项目名称	德清县第三人民医院奥林巴斯电子腹腔镜			
审查内容	采购方式是否合理。			
专家 论证 意见	拟采购的电子腹腔镜，要与医院现有的奥林巴斯5190电子腹腔镜主机系统配套使用。其它产品电子腹腔镜均不能与主机系统使用。建议采用单一来源采购方式。拟定从：杭州市昕煌医疗设备公司采购。			
专家 信息	姓名	工作单位	职称	联系电话
	吴晓芳	杭州中易招标代理有限公司	项目经理	1357108575
专家 签字	吴晓芳			