

单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名： <u>许伟</u>	
	职称： <u>高级工程师</u>	
	工作单位： <u>建德市第一人民医院</u>	
项目信息	项目名称： <u>上消化道内窥镜（胃镜）</u>	
	供应商名称： <u>杭州众宥科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	上消化道内窥镜（胃镜）必须和主机光源配套使用。不同厂家的胃镜与主机无法匹配。而医院目前在用主机为奥林巴斯，故只能采购奥林巴斯的胃镜。本次拟采购设备胃镜只能选择奥林巴斯品牌的胃镜。故申请单一来源采购	
专业人员签字	<u>许伟</u>	日期 <u>2025.4.9</u>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：史海妍	
	职称：中级工程师	
	工作单位：建德市第一人民医院	
项目信息	项目名称：上消化道内窥镜（胃镜）	
	供应商名称：杭州众宥科技有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购设备为在奥林巴斯电子胃肠镜主机上增配电子胃镜，由于技术限制，所配胃镜需要与原有主机同品牌，否则无法使用。因此，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	史海妍	日期 2025.4.9

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



建德市政府采购单一来源采购项目专家论证意见

日期: 2025 年 4 月 9 日

采购单位(公章)	建德市卫生健康局(盖章)
采购项目名称	消化内镜(内镜)
指定供应商名称	杭州众有科技有限公司
预算金额	42.00万元
资金来源	自筹资金
申请单一来源方式理由	建德市中西医结合医院因内镜检查人次增加,故现拟增加采购匹配现有奥林巴斯品牌主机的内镜1条,以便更好满足患者服务需求。现有高清电子内镜系统为奥林巴斯品牌,本次拟增购的内镜因受主机系统和光源的限制,需与医院目前在用奥林巴斯品牌主机系统兼容匹配,其他品牌均不通用。奥林巴斯品牌高清电子内镜经整机注册,注册证中列明可配套使用的内镜型号,未经注册的产品不能配套使用。本次拟采购设备 GIF-H290T 为其经注册的奥林巴斯品牌型号。根据以上原因,我单位申请本项目的采购方式为单一来源采购。拟定供应商名称为:杭州众有科技有限公司。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第(一)项规定的情形,是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购”以及《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“符合下列情形之一的货物或者服务,可以依照本法采用单一来源方式采购:(一)只能从唯一供应商处采购的;”,故申请单一来源采购。
专家论证意见	高清电子内镜是按医疗器械管理的设备,根据国务院《医疗器械监督管理条例》,国家市场监督管理总局《医疗器械注册与备案管理办法》的相关规定,高清电子内镜必须具有医疗器械注册证才能投入临床使用。奥林巴斯品牌高清电子内镜经整机注册,注册证中列明可配套使用的内镜型号,未经注册的产品不能配套使用。本次拟采购设备为其经注册的奥林巴斯品牌内镜。综上所述,杭州众有科技有限公司作为奥林巴斯品牌高清电子内镜在本地唯一获得合法授权的代理商,建德市中西医结合医院胃肠镜项目拟以单一来源方式采购理由充分。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第(一)项规定的情形,是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购”以及《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“符合下列情形之一的货物或者服务,可以依照本法采用单一来源方式采购:(一)只能从唯一供应商处采购的;”,建议采用单一来源方式组织采购。
专家签名	邵峰, 王海波, 王海波
主管部门意见	同意 主管部门意见 2025 年 4 月 11 日

注:此表一式三份,申请单位、采购办、招标代理机构各一份