

杭州市富阳区妇幼保健院
医疗设备采购项目验收报告

根据政府采购项目履约验收规定，我单位对西门子 CT 球管（项目编号：
ZJWS2025-FYFBY01）政府采购项目组织验收，验收情况如下：

项目名称	西门子 CT 球管	合 同 签订日期	2025 年 2 月 17 日
项目编号	ZJWS2025-FYFBY01	合同金额	50 万元
采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 单一来源 ☐ 询价 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 框架协议 ☐ 其他_____		
项目类型	☐ 财政资金 ☒ 自筹资金 ☐ 捐赠		
采购人（采购单位）	杭州市富阳区妇幼保健院		
使用人（采购单位）	杭州市富阳区妇幼保健院	使用科室	放射科
采购单位联系人	夏静铭	联系方式	13777565669
中标供应商	西门子医疗系统有限公司		
中标供应商联系人	吴畏	联系方式	15967175459
履约验收时间	2025 年 3 月 7 日		
履约 验收方法	☒ 一次性验收 ☐ 分段验收 ☐ 分期验收		
履约 验收程序	☒ 一般程序（合同金额在 50 万以上） ☐ 简易程序（合同金额在 50 万以下） ☐ 电子卖场项目验收程序		
一、履 约 验收主体	1. 杭州市富阳区妇幼保健院 2. 是否选择代理机构： ☐ 是 ☒ 否 3. 是否邀请本项目的其他供应商： ☐ 是 ☒ 否 4. 是否邀请外院专家： ☐ 是 ☒ 否 5. 是否邀请服务对象： ☐ 是 ☒ 否 6. 其他： ☒ 院内专家		

验收专家组成员：						
序号	姓名	是否专业人员	所在单位或科室			联系方式
1	楼利群	是	杭州市富阳区妇幼保健院放射科			13588389203
2	沈明钢	是	杭州市富阳区妇幼保健院放射科			18268117294
3	袁丽波	是	杭州市富阳区妇幼保健院放射科			13068096937
4	陆灵	是	杭州市富阳区妇幼保健院设备科			13567133661
5	罗仕郎	是	杭州市富阳区妇幼保健院采购中心			15867058625
二、履约验收内容：						
1.项目信息						
序号	项目名称	产地	品牌	规格型号	数量	单价(元)
1	西门子 CT 球管	国产	西门子	DURA 422-MV	1	500000
合同总价：500000 元						
医疗器械注册证（备案证）编号		苏械注准 20172060601				
出厂编号		928042552		生产日期		2025.01
2.验收情况						
(1)实际到货项目与合同或其它同等效力文件一致						☒
(2)设备开机运行功能符合合同或其它同等效力文件中规定的功能要求						☒
(3)设备相关证件与说明书符合国家有关规定和要求						☒
(4)设备使用环境符合使用说明书中相关规定和要求						☒
(5)临床操作人员通过培训考核可正常上岗操作						☒
3. 验收结论：						
杭州市富阳区妇幼保健院组织召开了西门子 CT 球管验收会，验收组听取了中标供应商的项目基本情况汇报，现场核验了 CT 设备运行情况，审阅了验收文档，经讨论形成验收意见如下： 一、球管相关证件及验收资料齐全； 二、供应商提供的球管型号符合合同与招标文件要求，球管更换后 CT 主机运行正常； 三、完成相关培训，临床操作人员能独立操作。 同意通过验收。 验收组签字：						
			罗仕郎 袁丽波 楼利群 沈明钢			
中标或者成交供应商：西门子医疗系统有限公司 签字：  2025年3月7日			采购人、受托机构：杭州市富阳区妇幼保健院 签字：  2025年3月7日			

