

浙大城市学院 2025 年 3 (至) 2025 年 4 月

政府采购意向



为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库(2020)10号)等有关规定, 现将浙大城市学院 2025 年 3 (至) 2025 年 4 月采购意向公开如下:

序号	采购项目名称	采购品目	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	中小企业预留情况	备注
1	多通道电化学工作站手套系统	A02100401 电化学分析仪器	功能材料工程研究中心拟采购 1 套多通道电化学工作站手套系统主要用于研究分析储能材料的电化学特性; 技术参数要求: 电化学工作站至少具备 1 个独立直流通道, 外加 1 个独立的交流阻抗通道标配电流达到 2A; 恒电位恒电流仪: 采样速率 1MS/s, 电流精度: 0.1%(全量程), 电压精度: 0.1%(全量程), 电位扫描方式: 线性扫描及阶梯波扫描双重方式, 可监测电容性电流及快速电化学反应; 频率响应仪: 频率范围: 1MHz : 10 μHz-1 MHz, 分辨率: 1in65, 000, 000, 波形: 单波、任意多波; 精确性: ±0.1%, ±0.1°, 同时具备全屏超快速单波、FFT 同步多波、非线性谐波技术; 手套箱系统: 手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环, 不断地除水除氧, 水氧浓度小于 1 ppm; 循环能力: 集成风机流量 90m³/h, 加装变频; 除水除氧材料可以再生, 再生过程由程序控制; 提供及时的服务响应, 一年以上的质保期限, 并于签订合同后 3 个月内交货。	100	2025 年 4 月	不面向	

