

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：安庆科田医疗科技有限公司
地址：安庆市宜秀区菱湖北路38号 邮编：246001
联系人：AQKTKP001 联系电话：18015594208
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：丽水市中心医院采购数字乳腺X线摄影系统项目
质疑项目的编号：CBNB-20255530GLS
采购人名称：丽水市中心医院
采购文件获取日期：2025年04月25日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：中标供应商无辐射安全许可，涉嫌违法经营 中标供应商“国泰医通（浙江）供应链管理有限公司”提供的中标产品为III类放射性装置，但经查证，该供应商未取得《辐射安全许可证》，违反国家放射性设备管理法规。

事实依据：经浙江省生态环境厅（电话：0571-81054165）、宁波市生态环境局（电话：0574-89181467）及官方网站查询，国泰医通（浙江）供应链管理有限公司未取得《辐射安全许可证》（附件1：查询记录截图）。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条，生产、销售、使用III类射线装置须取得许可证。

法律依据：《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 第五条 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证。 第五十二条：无许可证从事放射性设备经营，可处10万元以上罚款。

质疑事项2：中标产品参数不满足招标实质性要求，涉嫌虚假应标 中标产品“豪洛捷 3Dimensions”根据国家药品监督管理局注册证参数，无法满足招标文件★11条款关于“标本摄影功能自动识别放大倍数 ≥ 2 倍、成像时间 $\leq 30s$ ”的要求。

事实依据：“豪洛捷 3Dimensions”的注册证产品不满足“标本摄影放大倍数为1.8倍，成像时间为35秒，倍数 ≥ 2 倍、时间 ≤ 30 秒”的实质性要求。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》 第七十七条：供应商提供虚假材料谋取中标，中标无效。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：请求暂停与国泰医通（浙江）供应链管理有限公司的合同签订及履行。对中标供应商的辐射安全许可资质进行复核，并公示调查结果。

法定代表人（负责人或授权代表）签字（签章）：

章：
质疑提交日期：2025年05月13日

质疑函制作说明：



1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。