

单一来源采购专家论证表

时间：2025年4月11日

基本情况	采购单位	温州市中西医结合医院		
	联系人	王献敏	联系电话	0577-88911105
	拟采购的项目名称	肠镜、胃镜、支气管镜		
	数量	4	预算金额	173万元
申请理由	☒ 1. 只能从唯一供应商处采购； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； ☐ 3. 其它。			
拟定供应商	拟定供应商名称：杭州信英泰医疗器械有限公司 拟定供应商地址：杭州市拱墅区湖墅南路247号301室			
采购人申请理由	我院内镜中心配有两套日本奥林巴斯CV-290内镜系统，分别为2016年、2020年采购，在用支气管镜2根、胃镜7根、肠镜3根，目前部分内镜在长久使用后出现老化，光纤导光率降低，弯曲角度达不到要求，故障率提高等问题，而且患者的内镜检查需求逐年增加，胃肠镜数量已经无法满足当前正常周转，患者预约检查等候时间大大加长，严重影响医院的诊疗需求和人民就医体验。故计划采购1条支气管镜（35万元）、1条胃镜（48万元）和2条肠镜（90万元）。因为需要与医院现有的奥林巴斯内镜主机系统CV-290配套使用，其他品牌内镜无法兼容奥林巴斯主机，并且只能从设备生厂商或其授权经销商处采购，故申请单一来源采购向奥林巴斯授权经销商杭州信英泰医疗器械有限公司采购。			
专家论证意见	论证时间	2025年4月11日	论证意见	建议采用单一来源采购方式
	意见概述（可另附纸）： 肠镜、胃镜、支气管镜受主机系统与光源的限制，需与目前在用奥林巴斯摄像主机系统相兼容匹配，其他品牌均不通用，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款规定情形，该项目建议采用单一来源采购方式向奥林巴斯授权经销商杭州信英泰医疗器械有限公司进行采购。			
专家签字				